
Kasutusjuhend

03.835.043

Väänet piirav käepide, sirge, põrkvõtmega, 3 Nm

Käesolev kasutusjuhend ei ole ette nähtud
levitamiseks Ameerika Ühendriikides.

Kasutusjuhend

Enne kasutamist lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit, Synthes brošüüri „Oluline teave“ ja vastavaid kirurgilisi meetodeid. Veenduge, et tunnete asjakohast kirurgilist meetodit.

Materjal(id)

Materjal(id): Standard(id):
Roostevaba teras ASTM F899/A276/A564
Silikoon

Kasutusotstarve

Väänet piirav käepide on ette nähtud toetama Synthes implantaatide istutamist.

Näidustused ja vastunäidustused

Juhul kui väänet piiravat käepidet kasutatakse kombinatsioonis implantaatide või instrumentidega, palume näidustuste ja vastunäidustuste ning täiendavate kirurgiaetappide leidmiseks tutvuda vastavate kirurgiliste meetodite juhenditega.

Meditsiiniseadmete kombinatsioon

Synthes ei ole katsetanud ühilduvust teiste tootjate seadmetega ning ei võta sellistel juhtudel endale mingit vastutust.

Töötlemine enne seadme kasutamist

Synthes tooted, mis on tarnitud mittesteriilsetena, tuleb enne kirurgilist kasutamist puhastada ja auruga steriliseerida. Enne puhastamist eemaldage kogu originaalpakend. Enne auruga steriliseerimist asetage toode asjakohasesse pakendisse või mahutisse. Järgige Synthes brošüüris „Oluline teave“ esitatud puhastus- ja steriliseerimisjuhiseid.

Seadme taastötlemine

Implantaatide, instrumentide ja karpide taastötlemise täpseid juhiseid on kirjeldatud dokumendis „Oluline teave“. Instrumentide kooste ja lahtivõtmise juhised „Mitmeosaliste instrumentide lahtivõtmine“ võib alla laadida veebilehelt: <http://emea.depuysynthes.com/hcp/reprocessing-care-maintenance>

Seadmepõhine lisateave

Oluline märkus hoolduse kohta

Soovitame väänet piiravate instrumentide hooldamist:

- üks kord 6 kuu jooksul või pärast igat 50. autoklaavimistsükli, olenevalt sellest, kumb toimub enne;
- juhul kui kahtlustate, et instrument pole kalibreeritud.

Hooldus on korraldatud vastava riigi müügiesindaja tavapäraste müügikanalite kaudu.



Synthes GmbH
Eimattstrasse 3
4436 Oberdorf
Switzerland
Tel: +41 61 965 61 11
Fax: +41 61 965 66 00
www.depuysynthes.com