
Upute za uporabu

03.835.043

Drška za ograničavanje zateznog momenta,
ravni račni ključ, 3 Nm

Ove upute za uporabu nisu namijenjene za
distribuciju u SAD-u.

Upute za uporabu

Prije uporabe pažljivo pročitajte ove upute za uporabu, Synthes brošuru „Važne informacije“ i proučite odgovarajuće kirurške tehnike. Svakako se upoznajete s odgovarajućim kirurškim tehnikama.

Materijal(i)

Materijal(i): Norma(e):
Nehrđajući čelik ASTM F899/A276/A564
Silikon

Namjena

Drška za ograničavanje zateznog momenta namijenjena za podršku prilikom implantacije implantata Synthes.

Indikacije i kontraindikacije

U slučaju da se drška za ograničavanje zateznog momenta koristi u kombinaciji s implantatima ili instrumentima, pogledajte odgovarajuće kirurške tehnike u pogledu indikacija i kontraindikacija i dodatnih kirurških postupaka.

Kombiniranje medicinskih uređaja

Tvrtka Synthes nije ispitala kompatibilnost s uređajima ostalih proizvođača te u slučaju njihova korištenja ne preuzima nikakvu odgovornost.

Obrada prije uporabe uređaja

Proizvodi tvrtke Synthes isporučeni u nesterilnim uvjetima moraju se prije korištenja u kirurškom zahvatu sterilizirati parom. Prije čišćenja odstranite cijelo originalno pakiranje. Prije sterilizacije parom proizvod stavite u prikladan omot ili spremnik. Slijedite upute za čišćenje i sterilizaciju navedene u brošuri tvrtke Synthes „Važne informacije“.

Ponovna obrada uređaja

Detaljne upute za ponovnu obradu implanata, instrumenata i pakiranja opisane su u priloženim Važnim informacijama. Upute za sastavljanje i rastavljanje instrumenata „Rastavljanje instrumenata sastavljenih od više dijelova“ mogu se preuzeti na: <http://emea.depuysynthes.com/hcp/reprocessing-care-maintenance>

Dodatne informacije o uređaju

Važne napomena o servisiranju

Preporučamo da instrumente za ograničavanje momenta servisirate:

- svakih 6 mjeseci ili nakon 50 ciklusa autoklava, ovisno što nastupi ranije
- ukoliko sumnjate da je instrument izvan pravilne kalibracije

Servis se obavlja putem uobičajenih prodajnih kanala podružnice u dotičnoj zemlji.



Synthes GmbH
Eimattstrasse 3
4436 Oberdorf
Switzerland
Tel: +41 61 965 61 11
Fax: +41 61 965 66 00
www.depuysynthes.com