

---

# Lietošanas instrukcija

## 03.835.043

### Rokturis ar griezes momenta ierobežotāju, taisns ar sprūdrata uzgriežņatslēgu, 3 Nm

Šī lietošanas instrukcija nav paredzēta  
izplatīšanai ASV.

# Lietošanas instrukcija

Lūdzu, pirms lietošanas izlasiet šo lietošanas instrukciju, Synthes brošūru "Svarīga informācija" un atbilstošos ķirurģisko metožu aprakstus. Pārliecinieties, ka labi pārzināt attiecīgo ķirurģisko metodi.

## Materiāls(-i)

Materiāls(-i): Standarts(-i):  
Nerūsošais tērauds ASTM F899/A276/A564  
Silikons

## Paredzētais lietojums

Rokturis ar griezes momenta ierobežotāju ir paredzēts, lai atvieglotu Synthes implantu implantēšanu.

## Indikācijas un kontrindikācijas

Ja rokturi ar griezes momenta ierobežotāju lieto kombinācijā ar implantiem vai instrumentiem, lūdzu, skatiet attiecīgās ķirurģiskās metodes, lai uzzinātu par indikācijām, kontrindikācijām un papildu ķirurģiskajām darbībām.

## Medicīnas ierīču kombinācija

Uzņēmums Synthes nav pārbaudījis saderību ar ierīcēm, ko piedāvā citi ražotāji, un šajā ziņā atbildību neuzņemas.

## Apstrāde pirms ierīces lietošanas

Synthes izstrādājumi, kas tiek piegādāti nesterilā stāvoklī, pirms to izmantošanas ķirurģijā ir jātīra un jāsterilizē ar tvaiku. Pirms tīrīšanas noņemiet visu oriģinālo iepakojumu. Pirms sterilizācijas ar tvaiku ievietojiet izstrādājumu apstiprinātā iepakojumā vai tvertnē. Ievērojiet tīrīšanas un sterilizācijas norādījumus, kas sniegti Synthes brošūrā "Svarīga informācija".

## Ierīces atkārtota apstrāde

Detalizēti norādījumi par implantu, instrumentu un ietvaru atkārtotu apstrādi ir sniegti dokumentā "Svarīga informācija". Instrumentu montāžas un demontāžas instrukcijas "Vairākdaju instrumentu demontāža" var lejupielādēt no tīmekļa vietnes:

<http://emea.depuysynthes.com/hcp/reprocessing-care-maintenance>

## Papildu informācija par šo ierīci

Svarīga norāde par apkopi

Mēs iesakām instrumentiem ar momenta ierobežotāju veikt apkopes:

- reizi 6 mēnešos, vai ik pēc 50 cikliem, apstrādājot autoklāvā, atkarībā no tā, kas notiek vispirms;
  - ja pastāv aizdomas, ka instrumentam ir novirzes no kalibrētajiem parametriem.
- Apkopes tiek veiktas, izmantojot uzņēmuma filiāles parastos pārdošanas kanālus attiecīgajā valstī.



Synthes GmbH  
Eimattstrasse 3  
4436 Oberdorf  
Switzerland  
Tel: +41 61 965 61 11  
Fax: +41 61 965 66 00  
[www.depuysynthes.com](http://www.depuysynthes.com)