
Gebruiksaanwijzing

03.835.043

Handgreep met koppelbegrenzing, recht met ratelsleutel, 3 Nm

Deze gebruiksaanwijzing is niet bedoeld voor
verspreiding in de VS.

Gebruiksaanwijzing

Lees vóór gebruik deze gebruiksaanwijzing, de brochure "Belangrijke informatie" van Synthes en de bijbehorende chirurgische technieken zorgvuldig door. Zorg ervoor dat u vertrouwd bent met de toe te passen chirurgische techniek.

Materiaal/materialen

Materiaal/materialen: Standaard(en):
Roestvrij staal ASTM F899/A276/A564
Silicone

Beoogd gebruik

De handgreep met koppelbegrenzing is bedoeld om de implantatie van Synthes-implantaten te ondersteunen.

Indicaties en contra-indicaties

Wanneer de handgreep met koppelbegrenzing wordt gebruikt in combinatie met implantaten of instrumenten, raadpleeg dan de betreffende chirurgische technieken voor indicaties en contra-indicaties en aanvullende chirurgische stappen.

Combinatie van medische hulpmiddelen

Synthes heeft de compatibiliteit met hulpmiddelen van andere fabrikanten niet getest en is niet aansprakelijk in het geval van toepassing van dergelijke combinaties.

Behandeling voorafgaand aan het gebruik van het hulpmiddel

Synthes-producten die niet-steriel worden geleverd, moeten gereinigd en met stoom gesteriliseerd worden vóór chirurgisch gebruik. Verwijder vóór reiniging al het originele verpakkingsmateriaal. Doe het product vóór stoomsterilisatie in een goedgekeurde sterilisatieverpakking of -container. Volg de aanwijzingen voor reinigen en steriliseren uit de brochure "Belangrijke informatie" van Synthes.

Opnieuw verwerken van het hulpmiddel

In de "Belangrijke informatie" vindt u gedetailleerde aanwijzingen voor het opnieuw verwerken van implantaten, instrumenten en dozen. Aanwijzingen voor het monteren en demonteren van instrumenten, "Samengestelde instrumenten demonteren", kunt u downloaden vanaf:
<http://emea.depuysynthes.com/hcp/reprocessing-care-maintenance>

Aanvullende hulpmiddelspecifieke informatie

Belangrijke opmerking over onderhoud

Wij raden aan dat instrumenten met koppelbegrenzing:

- een keer per 6 maanden worden onderhouden of na elke 50 autoclaafcycli, indien dit eerder is;
- onderhouden worden als u denkt dat het instrument niet gekalibreerd is.

Onderhoud wordt uitgevoerd via normale verkoopkanalen van de dochteronderneming in het respectievelijke land.



Synthes GmbH
Eimattstrasse 3
4436 Oberdorf
Switzerland
Tel: +41 61 965 61 11
Fax: +41 61 965 66 00
www.depuysynthes.com