
Instruções de utilização

03.835.043

Pega dinamométrica, reta com chave de roquete, 3 Nm

Estas instruções de utilização não se destinam à distribuição nos EUA.

Instruções de utilização

Antes da utilização, leia com atenção estas instruções de utilização, as “Informações importantes” da brochura da Synthes e as técnicas cirúrgicas correspondentes. Certifique-se de que está familiarizado com a técnica cirúrgica apropriada.

Material(ais)

Material(ais): Norma(s):
Aço inoxidável ASTM F899/A276/A564
Silicone

Uso previsto

A Pega dinamoétrica destina-se a suportar a implantação dos implantes da Synthes.

Indicações e contraindicações

Caso utilize a Pega dinamoétrica em combinação com implantes ou instrumentos, consulte as respetivas técnicas cirúrgicas para obter as indicações e contraindicações e passos cirúrgicos adicionais.

Combinação de dispositivos médicos

A Synthes não testou a compatibilidade com dispositivos fornecidos por outros fabricantes e não se responsabiliza em tais circunstâncias.

Tratamento antes da utilização do dispositivo

Os produtos Synthes fornecidos não estéreis têm de ser limpos e esterilizados a vapor antes da utilização cirúrgica. Antes de limpar, retire todo o material de embalagem original. Antes da esterilização a vapor, coloque o produto num invólucro ou recipiente aprovado. Siga as instruções de limpeza e esterilização referidas na brochura “Informações importantes” da Synthes.

Reprocessamento do dispositivo

Pode encontrar instruções detalhadas para o reprocessamento de implantes, instrumentos e caixas nas Informações importantes. As instruções de montagem e desmontagem dos instrumentos “Desmontagem de instrumentos com várias peças” podem ser transferidas a partir de:
<http://emea.depuysynthes.com/hcp/reprocessing-care-maintenance>

Informações adicionais específicas ao dispositivo

Nota importante sobre a manutenção

Recomendamos que os adaptadores dinamoétricos sejam objeto de manutenção:

- Semestral ou após cada grupo de 50 ciclos de autoclave, dependendo do que ocorrer em primeiro lugar
- Se suspeitar da calibração do instrumento

A manutenção é tratada através dos canais normais de venda da filial de cada país.



Synthes GmbH
Eimattstrasse 3
4436 Oberdorf
Switzerland
Tel: +41 61 965 61 11
Fax: +41 61 965 66 00
www.depuysynthes.com