
Инструкция по применению 03.835.043 Рукоятка с ограничением по крутящему моменту 3 Нм, прямая, с храповым ключом

Настоящая инструкция по применению не
предназначена для распространения на
территории США.

Инструкция по применению

Внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией по применению, брошюрой Synthes «Важная информация» и соответствующими хирургическими методиками перед применением. Убедитесь, что вы ознакомились с соответствующими хирургическими методиками.

Материал(-ы)

Материал(-ы): Стандарт(-ы):
Нержавеющая сталь ASTM F899/A276/A564
Силикон

Область применения

Рукоятка с ограничением по крутящему моменту используется в качестве опоры при имплантации устройств Synthes.

Показания к применению и противопоказания

При применении рукоятки с ограничением по крутящему моменту в сочетании с имплантатами или инструментами см. показания к применению, противопоказания и дополнительные хирургические процедуры в описании соответствующих хирургических методик.

Совместимость медицинских устройств

Испытания на совместимость с устройствами, поставляемыми другими производителями, не проводились, и компания Synthes не несет ответственности в случае их применения.

Обработка устройства перед использованием

Изделия Synthes, поставляемые нестерильными, должны быть очищены и стерилизованы паром до хирургического использования. Перед чисткой снимите всю заводскую упаковку. Перед стерилизацией паром поместите изделие в одобренную производителем упаковку или контейнер. Следуйте инструкции по очистке и стерилизации, указанной в брошюре Synthes «Важная информация».

Повторная обработка устройства

Подробные инструкции по повторной обработке имплантатов, инструментов и футляров приведены в брошюре «Важная информация». Инструкцию по сборке и разборке инструментов «Разборка многокомпонентных инструментов» можно загрузить по адресу:
<http://emea.depuysynthes.com/hcp/reprocessing-care-maintenance>

Дополнительная информация, относящаяся к устройству

Важное примечание по обслуживанию

Для инструментов с ограничением по крутящему моменту сервисное обслуживание рекомендуется проводить следующим образом:

- Каждые 6 месяцев или после каждой 50-ой обработки в автоклаве, в зависимости от того, что произошло первым
- В случае, если вы полагаете, что инструмент нужно откалибровать

Сервисное обслуживание выполняется через каналы сбыта дочерних предприятий в соответствующей стране.



Synthes GmbH
Eimattstrasse 3
4436 Oberdorf
Switzerland
Tel: +41 61 965 61 11
Fax: +41 61 965 66 00
www.depuysynthes.com