
Uputstva za upotrebu

03.835.043

Drška za ograničavanje zateznog momenta,
prava sa ustavljačkim ključem, 3 Nm

Ovo uputstvo za upotrebu nije namenjeno za
distribuciju u SAD.

Uputstva za upotrebu

Pre upotrebe pažljivo pročitajte ova uputstva za upotrebu, brošuru Synthes „Važne informacije“ i odgovarajući Vodič za hirurške tehnike. Obavezno se upoznajete sa odgovarajućom hirurškom tehnikom.

Materijal(i)

Materijal(i): Standard(i):
Nerđajući čelik ASTM F899/A276/A564
Silikon

Namena

Drška za ograničavanje zateznog momenta namenjena je za podršku kod implantacije Synthes implantata.

Indikacije i kontraindikacije

U slučaju da se drška za ograničavanje zateznog momenta koristi u kombinaciji sa implantatima ili instrumentima, pogledajte odgovarajuće hirurške tehnike za indikacije i kontraindikacije i dodatne hirurške korake.

Kombinacija medicinskih uređaja

Synthes nije ispitao kompatibilnost sa uređajima koji su dati od drugih proizvođača i ne preuzima nikakvu odgovornost u takvim slučajevima.

Koristi se obrada pre upotrebe proizvoda

Synthes proizvodi koji su dopremljeni u nesterilnom stanju moraju da se očiste i sterilišu parom pre hirurške upotrebe. Pre čišćenja uklonite sva originalna pakovanja. Pre parne sterilizacije stavite proizvod u odobren omot ili spremnik. Pratite uputstva za čišćenje i sterilizaciju koja su data u odeljku „Važne informacije“ brošure Synthes.

Ponovna obrada uređaja

Detaljna uputstva za ponovnu obradu implantata, instrumenata i pakovanja su opisana u „Važnim informacijama“. Uputstva za sastavljanje i rastavljanje instrumenata „Rastavljanje instrumenata iz više delova“ se mogu preuzeti sa:
<http://emea.depuysynthes.com/hcp/reprocessing-care-maintenance>

Dodatne informacije o proizvodu

Važna napomena u vezi sa servisiranjem

Preporučujemo da se instrumenti za ograničavanje zateznog momenta servisiraju:

– jednom na svakih 6 meseci ili nakon svakih 50 ciklusa u autoklavu, šta god da se pre dogodi

– u slučaju da sumnjate da uređaj nije kalibrisan

Servisiranje se obavlja putem uobičajenih kanala prodaje podružnice u odgovarajućoj državi.



Synthes GmbH
Eimattstrasse 3
4436 Oberdorf
Switzerland
Tel: +41 61 965 61 11
Fax: +41 61 965 66 00
www.depuysynthes.com