
Bruksanvisning

03.835.043

Vridmomentsbegränsande handtag, rakt, medspärrnyckel, 3 Nm

Denna bruksanvisning är inte avsedd för
distribution i USA.

Bruksanvisning

Läs bruksanvisningen, broschyren "Viktig information" från Synthes och motsvarande guide för kirurgisk teknik noga innan användning. Säkerställ att du är väl insatt i tillämplig kirurgisk teknik.

Material

Material: Standard(er):
Rostfritt stål ASTM F899/A276/A564
Silikon

Avsedd användning

Det vridmomentsbegränsande handtaget är avsett att vara till stöd för implantationen av Synthes-implantat.

Indikationer och kontraindikationer

I fall där det vridmomentbegränsande handtaget används i kombination med implantat eller instrument, vänligen gå till respektive kirurgiska teknik för indikationer och kontraindikationer samt ytterligare kirurgiska steg.

Kombination av medicintekniska enheter

Synthes har inte utfört tester gällande kompatibilitet med enheter som tillhandahålls av andra tillverkare och påtar sig inget ansvar i sådana fall.

Behandling innan enheten används

Synthes-produkter som levereras osterila måste rengöras och ångsteriliseras före operation. Ta bort hela originalförpackningen innan rengöring. Placera produkten inuti ett godkänt omslag eller en godkänd behållare innan ångsterilisering. Följ instruktionerna om rengöring och sterilisering som anges i broschyren "Viktig information" från Synthes.

Rekonditionering av enheten

Detaljerade instruktioner för rekonditionering av implantat, instrument och fodral finns beskrivna i medföljande Viktig information. Instruktioner för montering och demontering av instrument, "Demontering av instrument med flera delar", kan laddas ned från:

<http://emea.depuysynthes.com/hcp/reprocessing-care-maintenance>

Ytterligare enhetsspecifik information

Viktigt meddelande om service

Vi rekommenderar att vridmomentsbegränsande instrument servas:

- var sjätte månad eller efter 50 autoklaveringscykler, vilket än som inträffar först
- om du misstänker att instrumentet inte är kalibrerat.

Service hanteras via dotterbolagets normala försäljningskanaler i respektive land.



Synthes GmbH
Eimattstrasse 3
4436 Oberdorf
Switzerland
Tel: +41 61 965 61 11
Fax: +41 61 965 66 00
www.depuysynthes.com