
Kullanım Talimatları

03.835.043

Tork Kolu, düz, Cırcır Anahtarı ile, 3 Nm

Bu kullanım talimatları ABD'de dağıtılmak üzere tasarlanmamıştır.

Kullanım Talimatları

Kullanmadan önce lütfen bu kullanım talimatlarını, Synthes broşüründeki «Önemli Bilgiler» i ve ilgili cerrahi teknikleri dikkatle okuyun. Uygun cerrahi tekniğe aşına olduğunuzdan emin olun.

Materyal(ler)

Materyal(ler): Standart(lar):
Paslanmaz Çelik ASTM F899/A276/A564
Silikon

Kullanım amacı

Tork Kolu, Synthes implantlarının implantasyonunu desteklemek için tasarlanmıştır.

Endikasyonlar ve kontrendikasyonlar

Tork Kolu'nun implant veya enstrümanlarla birlikte kullanılması durumunda, endikasyon ve kontrendikasyonlar ve ek cerrahi adımlar için ilgili cerrahi tekniklere başvurun.

Tıbbi cihazların kombinasyonu

Synthes, diğer üreticiler tarafından temin edilen cihazlarla uyumluluğu test etmemiştir ve bu tip durumlarda sorumluluk kabul etmez.

Cihazın kullanımından önce yapılması gereken işlem

Steril olmayan durumda sağlanan Synthes ürünleri cerrahi kullanımdan önce temizlenmeli ve buharla sterilize edilmelidir. Temizlemeden önce tüm orijinal ambalajı çıkarın. Buhar sterilizasyonu öncesinde ürünü onaylanmış bir sargı malzemesi veya kaba koyun. Synthes «Önemli Bilgiler» broşüründe verilen temizleme ve sterilizasyon talimatlarını takip edin.

Cihazın tekrar işlemden geçirilmesi

İmplantların, enstrümanların ve muhafazaların tekrar işlemden geçirilmesine ilişkin detaylı talimatlar «Önemli Bilgiler» bölümünde tarif edilmektedir. Enstrümanların montaj ve demontaj talimatları «Çok parçalı enstrümanların sökülmesi» şu adresten indirilebilir:

<http://emea.depuysynthes.com/hcp/reprocessing-care-maintenance>

Cihaza özel ek bilgiler

Servis hakkında önemli not

Tork sınırlayıcı enstrümanların aşağıdaki gibi bakımdan geçirilmesini öneririz:

- Hangisinin daha önce olduğuna bağlı olarak her 6 ayda bir veya her 50 otoklav döngüsünden sonra
- Enstrümanın kalibrasyon dışı olduğundan şüphelenirseniz

Servis, ilgili ülkedeki bağlı kuruluşun normal satış kanalları tarafından sağlanır.



Synthes GmbH
Eimattstrasse 3
4436 Oberdorf
Switzerland
Tel: +41 61 965 61 11
Fax: +41 61 965 66 00
www.depuysynthes.com