
Указания за употреба VEPTR™

Тези указания за употреба не са
предназначени за разпространение в САЩ.

Указания за употреба

VEPTR™

Моля, преди употреба прочетете внимателно тези указания за употреба, брошурата на Synthes "Важна информация" и съответните хирургични техники. Уверете се, че познавате съответната хирургична техника.

Материал

Материал:	Стандарт:
TAN	ISO 5832-11
CPTI	ISO 5832-2

Предназначение

Триизмерен торакален достъп за лечение на пациенти с комплексни деформитети на гръдената стена и/или на гръбнака, при които гръденят кош не е способен да поддържа нормалното дишане или нарастването на белите дробове (синдром на торакална недостатъчност).

Предназначено за механично стабилизиране и дистрахиране на гръдения кош за подобряване на дишането и нарастването на белите дробове при пациенти в детска и ювенилна възраст.

Изделията VEPTR контролират и могат да коригират сколиоза.

Изделията се закрепват перпендикулярно на естествените ребра на пациента (горна точка на закрепване) и по-каудално разположените ребра, лумбален прешлен или към илиачната кост (долна точка на закрепване). Това се осъществява чрез разрез за стандартна торакотомия посредством извършване на разтваряща се клиновидна торакостомия.

Правилно разгъщане, анатомично дистрахиране и подмяна на компонентите чрез по-малко инвазивна хирургия.

Цели на лечението:

- Увеличаване на торакалния обем
- Коригиране на сколиоза
- Симетрия на гръдения кош чрез удължаване на вдълбнатата, ограничена половина на гръдения кош
- Подобряване на торакалната функция
- Избягване на процедури, подтикащи растежа
- Поддържане на тези подобрения в хода на растежа на детето

Показания

Изделието е показано за:

Първичен Thoracic Insufficiency Syndrome (Синдром на торакална недостатъчност) (TIS) вследствие на триизмерен деформитет на гръдения кош

- Прогресираща торакална вродена сколиоза с вдълбнати сраснали ребра
- Прогресираща торакална вродена сколиоза с гръден капак вследствие на липсващи ребра
- Прогресираща торакална вродена, неврогенна или идиопатична сколиоза без аномалии на ребрата
- Синдром на хипопластичен гръден кош, включително
 - Синдром на Jeune,
 - Синдром на Jarcho-Levin,
 - Церебро-косто-мандибуларен синдром,
 - други.
- Вроден дефект на гръдената стена, постепенно-латерален
- Придобит дефект на гръдената стена, постепенно-латерален
 - Резекция на тумор на гръдената стена
 - Травматичен гръден капак
 - Хирургично разделение на сиамски близнаци

Вторична торакална недостатъчност вследствие на лумбална кифоза (различна от гибус)

Противопоказания

Изделието VEPTR не трябва да се използва при следните условия:


- Недостатъчна здравина на костта (ребрата/гръбнака) за закрепване на VEPTR
- Липса на проксимални и дистални ребра за закрепване на VEPTR
- Липсваща функция на диафрагмата
- Недостатъчна мека тъкан за покритие на VEPTR
- Възраст след достигане на костна зрялост за приложението на VEPTR
- Възраст под 6 месеца
- Известна алергия към някой от материалите на изделието
- Инфекция на мястото на операцията

Страницни ефекти

Както при всички големи хирургични процедури, могат да възникнат рискове, страницни ефекти и нежелани събития. Въпреки че могат да възникнат много възможни реакции, някои от най-честите могат да включват:

Проблеми, възникващи вследствие на анестезията и позиционирането на пациента (напр. гадене, повръщане, дентални наранявания, неврологични увреждания и т.н.), тромбоза, емболия, инфекция, обилно кървене, ятрогенно нараняване на нерви и съдове, увреждане на меките тъкани, вкл. оток, обрязване на абнормни цикатрикси, функционално увреждане на мускуло-скелетната система, болест на Sudeck, алергични реакции/реакции на свръхчувствителност, страницни ефекти, свързани с изпъване на импланта или изделието, лошо свързване, липса на свързване, продължаваща болка, увреждане на съседни кости, дискове или мека тъкан, дурално разъзване или изтичане на гръбначномозъчна течност, компресия и/или контузия на гръбначния мозък, частично разместяване на графта, вертебрална ангулация.

Изделие за еднократна употреба



Не употребявайте повторно

Продукти, предназначени за еднократна употреба, не трябва да се използват повторно.

Повторното използване или обработване (напр. почистване и повторна стерилизация) могат да наручат структурната цялост на изделието и/или да доведат до неуспешното му функциониране, което може да причини нараняване, заболяване или смърт на пациента.

Освен това повторното използване на изделия, предназначени за еднократна употреба, може да създаде риск от замърсяване, напр. вследствие на пренасяне на инфекциозен материал от един на друг пациент. Това може да доведе до нараняване или до смърт на пациента или оператора.

Замърсените импланти не трябва да се обработват отново. Импланти на Synthes, които са контаминирани с кръв, тъкан и/или телесни течности/материали, никога не трябва да се използват повторно и с тях трябва да се борави съгласно с болничния протокол. Въпреки че може да изглеждат неповредени, имплантите могат да имат малки дефекти и вътрешни напрежения, които могат да причинят умора на материала.

Предпазни мерки

Общите рискове, свързани с хирургичните намеси, не са описани в тези указания за употреба. За повече информация, моля, направете справка с брошурата на Synthes "Важна информация".

Предупреждения

Пациентите, на които е имплантиран VEPTR, не трябва да се слагат ортези.

Изделието VEPTR е предвидено да позволява растеж на гръдената кухина и рестриктивният характер на ортезите не би подпомогнал състоянието, а би попречил на целта му.

Пациентите могат да се нуждаят от допълнителна защита на раната, за да се предотврати нежелано триене или удряне на раната.

Пациенти с диагностицирана spina bifida не трябва да бъдат с оклузиивна превръзка върху мястото на раната, за да се поддържа мястото сухо.

Силно препоръчително е VEPTR да се имплантира само от опериращи хирурги, които познават общите проблеми на спиналната хирургия и са способни да прилагат специфичните за продукта хирургични техники. Имплантацията трябва да се извърши съгласно с указанията за препоръчителната хирургична процедура. Хирургът е отговорен за това да гарантира правилно извършване на операцията.

Производителят не е отговорен за никакви усложнения, настъпващи вследствие на неправилна диагноза, избор на неправилен имплант, неправилно комбинирани компоненти на импланти и/или оперативни техники, ограниченията на методите на лечение или недостатъчна аспектика.

Комбинация от медицински изделия

Synthes не са тествали съвместимостта с изделия, предоставяни от други производители, и не поемат отговорност при подобни случаи.

Магнитно-резонансна среда

Съвместимо с МР при определени условия:

Неклинично тестване в най-лошия възможен сценарий показва, че имплантите на системата VEPTR са съвместими с МР при определени условия. Тези артикули могат да бъдат сканирани безопасно при следните условия:

- Статично магнитно поле 1,5 Tesla и 3,0 Tesla.
- Пространствено градиентно поле 300 mT/cm (3000 Gauss/cm).
- Максимално ниво на усреднена целотелесна specific absorption rate (специфично ниво на абсорбция) (SAR) 2 W/kg за 15 минути сканиране.

Въз основа на неклинично тестване, имплантът VEPTR ще доведе до повишаване на температурата с не повече от 4,2°C при максимално ниво на усреднена целотелесна специфична абсорбция (SAR) 2 W/kg, оценено чрез калориметрия за 15 минути МР сканиране в МР апарат 1,5 Tesla и 3 Tesla.

Качеството на МР образното изследване може да бъде нарушено, ако регионът на интерес е в точно същата област или сравнително близо до положението на изделието VEPTR.

Лечение преди използване на изделието

Продуктите на Synthes, доставяни в нестерилен състояние, трябва да се почистят и стерилизират с пара преди хирургична употреба. Преди почистване от странете оригиналната опаковка. Преди стерилизация с пара поставете продукта в одобрена обвивка или контейнер. Следвайте указанията за почистване и стерилизация, дадени в брошурата на Synthes "Важна информация".

Обработка/повторна обработка на изделието

Подробни указания за обработка на имплантите и повторна обработка на изделията за многократна употреба, таблите и кутиите за инструменти, са дадени в брошурата на Synthes "Важна информация". Указания за слобяване и разглеждане на инструментите "Разглеждане на инструменти, съставени от много части" могат да се изтеглят от: <http://www.synthes.com/reprocessing>

CE
0123



Synthes GmbH
Eimattstrasse 3
4436 Oberdorf
Switzerland
www.synthes.com