

---

# Návod k použití

## Externí fixační prostředky

Tento návod k použití není určen pro distribuci v USA.

# Návod k použití

## Externí fixační prostředky

Systémy zdravotnických prostředků související s tímto návodom k použití:

Kloubní pantový fixátor

Externí distální radiální fixátor

Hybridní kroužkový fixátor

Velký a střední externí fixátory

Velký distraktor – tibiální

Velký externí fixátor

MEFISTO

Mini externí fixátor

Pánevní C-svorka

Transportní segment MEFISTO

Malý externí fixátor

Malý externí fixátor, Rtg-transparentní, sterilní

Distrakční osteogentický kroužkový systém

Před použitím si přečtěte tento návod k použití, „Důležité informace“ Synthes a odpovídající operační postup ([www.synthes.com/lit](http://www.synthes.com/lit)). Ujistěte se, že jste obeznámeni s vhodným operačním postupem.

Externí fixační prostředky zahrnují koliky, dráty, tyče a svorky umožňující sestavit rám pro změnu pozice a fixaci úlomků kostí. Koliky a dráty jsou implantaty na jedno použití, které vytvářejí spojení rámu s kostí či kostmi. Tyče a svorky jsou částí rámu, které jsou umístěny mimo tělo a jsou navrženy pro vícenásobné použití.

Důležitá poznámka pro lékaře a pracovníky operačního sálu: Tento návod k použití nezahrnuje všechny informace potřebné pro výběr a použití prostředku. Viz úplné značení, které obsahuje všechny potřebné informace (odpovídající návod chirurgické techniky, důležité informace a štítek specifického produktu).

## Materiál(y)

Materiál(y):	Normy:
Nerezová ocel	ISO 5832-1
Technicky čistý titan	ISO 5832-2
HA	ASTM F 1185
Uhlík	
CFK	
PEEK	ASTM F 2026
POM	ISO 16061
PVC	
Slitina hliníku	EN 573
Slitina CoCrWNi	ISO 5832-5
Slitina titanu:	
Ti-6Al-4V (TAV)	ISO 5832-3
Ti-6Al-7Nb (TAN)	ISO 5832-11

## Zamýšlený účel

Externí fixační prostředky jsou zamýšleny jako dočasná fixace a operační a pooperační léčba otevřených a zavřených zlomenin a volitelných ortopedických zákroků.

## Indikace

Pro specifické indikace pro externí fixační prostředky je povinností prostudovat si příslušný operační postup ([www.synthes.com/lit](http://www.synthes.com/lit)) používaného produktového systému.

## Kontraindikace

Pro specifické kontraindikace pro externí fixační prostředky je povinností prostudovat si příslušný operační postup ([www.synthes.com/lit](http://www.synthes.com/lit)) používaného produktového systému.

## Možná rizika

Stejně jako u všech velkých chirurgických zákroků se mohou vyskytnout rizika, vedlejší účinky a nežádoucí příhody. Může se vyskytnout mnoho různých reakcí, z nichž nejběžnější zahrnují:

Problémy vyplývající z anestezie a polohování pacienta (např. nevolnost, zvracení, zraňení Zubů, neurologické poruchy atd.), trombóza, embolie, infekce, nadměrné krvácení, iatrogenní nervové a cévní poranění, poškození měkkých tkání včetně otoků, abnormální tvorba jizev, funkční porucha pohybového aparátu, Sudeckova nemoc, alergické reakce/hypersenzitivita a vedlejší účinky spojené s prominencí implantátu, kostní srust v chybém postavení, pakloub.

## Sterilní prostředek

**STERILE R** Sterilizováno pomocí záření

Skladujte implantáty v původním ochranném obalu a nevyjmíte je z obalu dříve než těsně před použitím.

Před použitím zkontrolujte datum expirace a ověřte neporušenosť sterilního obalu. Nepouživejte, když je obal poškozen.

 Opakováně nesterilizujte

Implantovatelné prostředky označené symbolem „Opakováně nesterilizujte“ nesmí být opakováně sterilizovány, protože by to mohlo narušit jejich konstrukční pevnost nebo vést k selhání prostředku.

## Prostředek na jedno použití

 Nepouživejte opakovaně

Produkty určené na jedno použití nesmí být používány opakováně. Opakováně použití nebo opakovaná příprava (např. čištění či opětovná sterilizace) mohou narušit konstrukční pevnost prostředku nebo způsobit poruchu prostředku, která může vést k zranění, onemocnění nebo úmrtí pacienta.

Dále, opakováně použití nebo opakovaná příprava produktů pro jednorázové použití navíc představují riziko kontaminace, například v důsledku přenosu infekčního materiálu z jednoho pacienta na druhého. Mohlo by pak dojít k újmě na zdraví či úmrtí pacienta nebo uživateli.

Kontaminované implantáty nesmí být opakováně zpracovány. Pokud byl implantát Synthes kontaminován krví, tkání nebo tělesnými tekutinami či sekrety, nesmí se již znova použít a je třeba s ním zacházet podle předpisů daného zdravotnického zařízení. I když se takový implantát jeví jako nepoškozený, může mít drobné defekty a poruchy vnitřní struktury, které mohou způsobit únavu materiálu.

## Bezpečnostní opatření

Všeobecná bezpečnostní opatření viz „Důležité informace“.

Pro bezpečnostní opatření specifická pro externí fixační prostředky je povinností prostudovat si příslušný operační postup ([www.synthes.com/lit](http://www.synthes.com/lit)) používaného produktového systému.

## Varování

Všeobecná varování viz „Důležité informace“.

Pro varování specifická pro externí fixační prostředky je povinností prostudovat si příslušný operační postup ([www.synthes.com/lit](http://www.synthes.com/lit)) používaného produktového systému.

## Kombinace zdravotnických prostředků

Společnost Synthes nezkoušela kompatibilitu svých prostředků s prostředky jiných výrobců a nepřijímá v takovém případě žádnou odpovědnost.

## Prostředí magnetické rezonance

Pokud byl prostředek hodnocen pro použití v prostředí magnetické rezonance, naleznete informace o MRI v Návodu pro chirurgickou techniku na adrese [www.deploysynthes.com/fu](http://www.deploysynthes.com/fu)

## Ošetření před použitím prostředku

Produkty společnosti Synthes dodávané v nesterilním stavu musí být před chirurgickým použitím očištěny a sterilizovány parou. Před čištěním sejměte veškeré původní obaly. Před sterilizací parou produkty obalte schváleným materiálem nebo je vložte do schválené nádoby. Dodržujte pokyny pro čištění a sterilizaci uvedené v části „Důležité informace“.

**Příprava / opakovaná příprava prostředku**

Podrobné pokyny pro přípravu a opakování přípravy implantátů a opakování přípravy opakování použitelných prostředků, podnosů a pouzder na nástroje jsou popsány v příručce Synthes „Důležité informace“. Dokument „Demontáž vícedílných nástrojů“ lze stáhnout z adresy <http://www.synthes.com/reprocessing>

CE  
0123



Synthes GmbH  
Eimattstrasse 3  
4436 Oberdorf  
Switzerland  
Tel: +41 61 965 61 11  
Fax: +41 61 965 66 00  
[www.depuysynthes.com](http://www.depuysynthes.com)