
Инструкция по использованию Внешние фиксирующие устройства

Данная инструкция по использованию не
предназначена для распространения на
территории США.

Инструкция по использованию

Внешние фиксирующие устройства

Соответствующие системы устройств с данными инструкциями по применению:

Подвижный фиксатор локтевого сустава

Внешний фиксатор дистального отдела лучевой кости

Гибридный колыцевидный фиксатор

Внешние фиксаторы большого и среднего размера

Большой дистрактор – большеберцовая кость

Большой внешний фиксатор

MEFISTO

Внешний мини-фиксатор

Тазовая зажимная скоба

Аппарат перемещения сегментов MEFISTO

Малый внешний фиксатор

Малый внешний фиксатор, рентгенопроницаемый, стерильный

Кольцевой дистракционный аппарат остеосинтеза

Перед пользованием следует тщательно ознакомиться с настоящей инструкцией по использованию, брошюрой Synthes «Важная информация», а также соответствующими «Рекомендациями по хирургической технике». Убедитесь в том, что Вы знакомы с данной оперативной техникой.

Внешние фиксирующие устройства включают штифты, проволоку, стержни и зажимы, образующие рамную структуру для изменения положения или фиксации фрагментов костей. Штифты и проволока являются имплантатами одноразового использования и применяются для крепления рамной конструкции к кости(ям). Стержни и зажимы являются частью рамной конструкции, расположеннымными внутри тела, и предназначены для выполнения множества функций.

Важное примечание для врачей и медицинского персонала операционных: Даные инструкции по использованию не содержат сведения, необходимые для выбора и использования устройства. Вся необходимая информация содержится на этикетке (рекомендации по выбору соответствующей хирургической методики, важная информация и маркировка устройства).

Материал(ы)

Материал(ы): Стандарт(ы):

Нержавеющая сталь ISO 5832-1

TiCP ISO 5832-2

HA ASTM F 1185

Углерод

ХФУ

ПЭЭК ASTM F 2026

Полиформальдегид ISO 16061

ПВХ

Сплав Al EN 573

Сплав CoCrWNi ISO 5832-5

Титановый сплав:

Ti-6Al-4V (TAV) ISO 5832-3

Ti-6Al-7Nb (TAN) ISO 5832-11

Предполагаемое использование

Внешние фиксирующие устройства предназначены для временного крепления и интра- и постоперационного лечения открытых и закрытых переломов и выборочного ортопедического вмешательства.

Показания

За сведениями по характерным медицинским показаниям, относящимся к внешним фиксирующим устройствам, обязательно обратиться к «Рекомендациям по хирургической технике» (www.synthes.com/lit), прилагаемым к комплекту используемой системы изделия.

Противопоказания

За сведениями по характерным медицинским противопоказаниям, относящимся к внешним фиксирующим устройствам, обязательно обратиться к «Рекомендациям по хирургической технике» (www.synthes.com/lit), прилагаемым к комплекту используемой системы изделия.

Возможные риски

Как и для всех основных хирургических процедур, могут возникать риски, побочные действия и отрицательные явления. При том, что могут возникнуть различные реакции, вот некоторые из наиболее распространенных:

Проблемы, возникающие в связи с анестезией и расположением пациента (например, тошнота, рвота, стоматологические травмы, неврологические ухудшения и т.д.), тромбозами, закупоркой кровеносных сосудов, инфекцией, чрезмерными кровопотерями, ятrogenными невральными и сосудистыми травмами, повреждениями

мягких тканей, в том числе опухание, аномальное образование рубцов, функциональное ухудшение скелетно-мышечной системы, синдром Зудека, аллергические реакции/ повышенная чувствительность, а также побочные действия, связанные с выступлением металлоконструкции, неправильное срастание тканей после повреждения, несрастание тканей.

Стерильное устройство

STERILE R

Стерилизация при помощи облучения

Имплантаты необходимо хранить в оригинальной защитной упаковке, не вынимая их до начала непосредственного использования.

Перед началом использования, следует проверить срок годности изделия, а также целостность стерильной упаковки. Не использовать в случае повреждения упаковки.

Устройство одноразового использования

 Не использовать повторно

Изделия предназначены для одноразового использования и не подлежат повторному использованию.

Повторное использование и повторная обработка (например, очистка или повторная стерилизация) могут разрушить структурную целостность устройства и/или привести к неисправности устройства, что может стать причиной травмы, заболевания или смерти пациента.

Кроме того, повторное использование и повторная обработка устройств одноразового использования может привести к возникновению риска загрязнения, например, вследствие переноса возбудителей инфекции от одного пациента к другому. Это может привести к травме или смерти пациента или пользователя.

Загрязненные имплантаты необходимо подвергнуть повторной обработке. Любые имплантаты производства Synthes, загрязненные кровью, тканями и/или физиологическими жидкостями и веществами, никогда не разрешается использовать повторно, а подлежат утилизации согласно больничным правилам. Даже если имплантаты выглядят неповрежденными, изделия могут иметь самые малые дефекты и внутренне распределенные напряжения, что может привести к усталости материала.

Меры предосторожности

Сведения об общих мерах предосторожности содержатся в разделе «Важная информация».

За сведениями по мерам предосторожности, характерными для способа применения, относящимся к внешним фиксирующим устройствам, обязательно обратиться к «Рекомендациям по хирургической технике» (www.synthes.com/lit), прилагаемым к комплекту используемой системы изделия.

Предупреждения

Сведения об общих предупреждениях содержатся в разделе «Важная информация».

За сведениями по предупреждениям, характерными для способа применения, относящимся к внешним фиксирующим устройствам, обязательно обратиться к «Рекомендациям по хирургической технике» (www.synthes.com/lit), прилагаемым к комплекту используемой системы изделия.

Сочетание медицинских устройств

Synthes не проводила проверку совместимости с устройствами, поставляемыми другими производителями, и не принимает на себя никакой ответственности в подобных случаях.

Магнитно-резонансная среда

Для оценки использования прибора в магнитно-резонансной среде следует использовать информацию, приведенную в руководстве по применению хирургической техники на веб-сайте www.depuyssynthes.com/ifu

Лечение до использования устройства

Продукция Synthes, поставляемая в нестерильном состоянии, должна подвергаться очистке и стерилизации паром до использования в хирургических целях. Перед началом очистки удалить всю оригинальную упаковку. До начала стерилизации паром разместить изделие в утвержденную обертку или контейнер. Соблюдать инструкции по очистке и стерилизации, приведенные в брошюре Synthes «Важная информация».

Обработка или повторная обработка устройства

Подробные инструкции по обработке имплантатов и повторной обработке устройств многоразового использования, лотков и чехлов для инструментов содержатся в брошюре Synthes под названием «Важная информация». Инструкции по сборке и разбору инструментов под названием «Разбор многокомпонентных инструментов» можно скачать по адресу <http://www.synthes.com/reprocessing>

CE
0123



Synthes GmbH
Eimattstrasse 3
4436 Oberdorf
Switzerland
Тел.: +41 61 965 61 11
Факс: +41 61 965 66 00
www.depuyssynthes.com