
Uputstvo za upotrebu

Implanti u obliku pločica i zavrtnja

Ovo uputstvo za upotrebu nije namenjeno za
distribuciju u SAD-u.

Uputstvo za upotrebu

Implanti u obliku pločica i zavrtnja

Sistemi medicinskih sredstava povezani sa ovim uputstvom za upotrebu:

Kanilirani zavrtanj 2,4 mm

LCP volarni ekstraartikularni sistem varijabilnog ugla za distalni radius 2,4 mm

Tarzalne blokadne pločice 2,4/2,7 mm

Pločice sa uglastim lopaticama za odrasle

Angularna stabilna X-pločica i pločica sa 2 rupe

Kanilirani pedijatrijski sistem za osteotomiju (CAPOS)

Kanilirani zavrtnji 3,0/3,5/4,0/4,5/6,5/7,0/7,3

DCP i LC-DCP sistemi

DHS/DCS sistem

Sistem za vrat femura

HCS 1,5

HCS 2,4/3,0

HCS 4,5/6,5

LCP anterolateralna pločica za distalnu tibiju 3,5

LCP pločica s kukom za ključnu kost

LCP kompakt za stopalo/kompakt za šaku

LCP kompakt za šaku

LCP kompakt za šaku 1,5

LCP kondilarna pločica 4,5/5,0

LCP DHHS

LCP dija-meta volarne pločice za distalni radius

LCP pločice za distalnu fibulu

LCP pločice za distalni humerus

LCP sistem za distalni radius 2,4

LCP pločica za distalnu tibiju

LCP pločica za distalnu ulnu

LCP ekstraartikularna pločica za distalni humerus

LCP pločica sa kukom 3,5

LCP blokadna kompresiona pločica

LCP slabo pregibne pločice za medijalno-distalnu tibiju 3,5 mm

LCP pločica za medijalno-proksimalnu tibiju 3,5

LCP pločica za medijalno-proksimalnu tibiju 4,5/5,0

LCP pločica za metafizu za distalno-medijalnu tibiju

LCP pločice za metafizu

LCP olekranonska pločica

LCP pedijatrijska kondilarna pločica 90°, 3,5 i 5,0

LCP sistem pedijatrijskih pločica

LCP periartikularna pločica za proksimalni humerus 3,5

LCP posteriorna pločica za medijalno-proksimalnu tibiju 3,5

LCP pločica sa kukom za proksimalni femur 4,5/5,0

LCP pločica za proksimalni femur 4,5/5,0

LCP pločice za proksimalni radijus 2,4

LCP pločica za proksimalnu tibiju 3,5

LCP pločica za proksimalnu tibiju 4,5/5,0

LCP superiorno-anteriorna pločica za ključnu kost

LCP superiorna pločica za ključnu kost

LCP sistem za osteotomiju ulne 2,7

LCP pločice za volarni stub distalnog radijusa 2,4 mm

LCP komplet za fuziju ručnog zglobo

LISS i LCP DF

LISS i LCP PLT

Blokadna pločica za dodatak

Vijak za fuziju sredine stopala Ø 6,5 mm

Ortopedski instrumenti za stopalo

Implantati i instrumenti za karlicu

Periartikularni ciljani instrumenti za ruku za LCP pločicu za proksimalnu tibiju 4,5/5,0

PHILOS i dugi PHILOS

PHILOS SA UVEĆANJEM

Pločice sa četverostranom površinom 3,5

Pločice za ispravku rotacije 1,5 i 2,0

Sakralne šipke

Sistem zavrtanja za epifizu ispuštenog kapitela femura (SCFE)

Pločice sa oprugom 3,5

Standardni DHS lag zavrtanj sa LCP DHHS bočnom pločicom

Kalkanealna pločica

Blokadna kalkanealna pločica

TomoFix

TomoFix medijalno-distalni femur (MDF)

TomoFix medijalna visoka pločica za tibiju (MHT)

VA-LCP® PLOČICE ZA FUZIJU MEDIJALNOG STUBA 3,5

VA BLOKADNE KALKANEALNE PLOČICE 2,7

VA-LCP sistem za povredе skočnog zgloba 2,7/3,5

VA-LCP anteriorna pločica za ključnu kost

VA-LCP kondilarna pločica 4,5/5,0

VA-LCP pločice za distalni humerus 2,7/3,5

VA-LCP olekranonske pločice 2,7/3,5

VA-LCP pločica za proksimalnu tibiju 3,5

VA-blokadni sistem za interkarpalnu fuziju

LCP pločice promenljivog ugla za prvu MTP fuziju 2,4/2,7

LCP pločica promenljivog ugla za dorzalno-distalni radijus 2,4

LCP sistem promenljivog ugla za prednji deo / sredinu stopala 2,4/2,7

LCP pločica promenljivog ugla sa mrežicom 2,4/2,7

LCP pločice promenljivog ugla sa klinom sa otvorom 2,4/2,7

LCP tarzalne pločice promenljivog ugla 2,4/2,7

LCP TMT fuzione pločice promenljivog ugla 2,4/2,7

LCP pločica promenljivog ugla dvostrukog volarnog stuba za distalni radijus 2,4

LCP pločica promenljivog ugla dvostrukog volarnog stuba za distalni radijus 2,4/2,7, veoma duga

LCP pločica promenljivog ugla volarnog ruba za distalni radijus 2,4

Blokadni sistem promenljivog ugla za šaku

Pre upotrebe pažljivo pročitajte ovo uputstvo za upotrebu, odeljak „Važne informacije“ brošure kompanije Synthes. Uverite se da dobro poznajete odgovarajuću hiruršku tehniku.

Implantati u obliku pločica i zavrtnja sastoje se od različitih pločica i zavrtnja za implantaciju, pojedinačno upakovanih i dostupnih u nesterilnom i/ili sterilnom stanju (odgovarajući broj artikla sadrži sufiks „S“), kao i upakovanih u sterilne tube (odgovarajući broj artikla sadrži sufiks „TS“).

Važna napomena za medicinska lica i osoblje operativne sale: Ovo uputstvo za upotrebu ne sadrži sve informacije neophodne za izbor i upotrebu medicinskog sredstva. Sve potrebne informacije (odgovarajući Vodič za hiruršku tehniku, Važne informacije i uputstvo specifično za uređaj) potražite u odgovarajućem kompletном uputstvu.

Materijal(i)

Materijal(i):

Nerdajući čelik – 316L

Standard(i):

ISO 5832-1

Nerdajući čelik – 22-13-5

ASTM F 1314

TiCP

ISO 5832-2

Legura CoCrMo

ISO 5832-12

Titanijumska legura:

Ti-6Al-7Nb (TAN)

ISO 5832-11

Ti-6Al-4V (TAV)

ISO 5832-3

Ti-15Mo

F 2066

Predviđena upotreba

Implantati u obliku pločica i zavrtnja predviđeni su za privremenu fiksaciju, korekciju ili stabilizaciju kostiju u različitim anatomskim regijama.

Indikacije

Videti tabelu na kraju ovog uputstva za upotrebu.

Kontraindikacije

Videti tabelu na kraju ovog uputstva za upotrebu.

Mogući rizici

Kao i kod svih većih hirurških zahvata, može doći do rizika, nuspojava i neželjenih događaja. Iako može doći do različitih mogućih reakcija, neke od najčešćih su: problemi koji nastaju usled anestezije i položaja pacienta (npr. mučnina, povraćanje, stomatološke povrede, neurološki poremećaji itd.), tromboza, embolija, infekcija, prekomerno krvarenje, jatrogena povreda nerva ili krvnog suda, oštećenje mekih tkiva uklj. otok, obrazovanje abnormalnog ožiljka, funkcionalno oštećenje mišićno-skeletnog sistema, Sudekova bolest i alergijske/hipersenzitivne reakcije, kao i nuspojave povezane sa isturenosću, lošim sjedinjenjem implantata.

Sterilno medicinsko sredstvo

STERILE R Sterilisano primenom zračenja

Implantate čuvati u originalnom zaštitnom pakovanju i ne uklanjati ih iz pakovanja sve do trenutka njihove upotrebe. Ne koristiti ako je pakovanje oštećeno. Pre upotrebe proveriti datum isteka roka trajanja i celovitost sterilnog pakovanja. Ne koristiti ako je pakovanje oštećeno ili ako je istekao rok trajanja.

 Ne sterilisati ponovo

Implantabilna medicinska sredstva označena simbolom „Ne sterilisati ponovo“ ne smeju se ponovo sterilisati, jer ponovna sterilizacija može da ugrozi strukturnu celovitost medicinskog sredstva i/ili da dovede do njegovog otkaza. Ponovna sterilizacija implantabilnih medicinskih sredstava može da dovede do nesterilnosti proizvoda, smanjenih karakteristika po specifikaciji i/ili izmenjenih svojstava materijala.

Medicinsko sredstvo za jednokratnu upotrebu

 Ne koristiti ponovo

Pokazuje da je medicinsko sredstvo namenjeno samo za jednu upotrebu ili za upotrebu na samo jednom pacijentu tokom jednog postupka.

Ponovna upotreba ili klinička ponovna obrada (npr. čišćenje i ponovna sterilizacija) mogu ugroziti strukturnu celovitost uređaja i/ili dovesti do njegovog kvara, što može dovesti do povrede, bolesti ili smrti pacijenta.

Štaviše, ponovna upotreba ili ponovna obrada medicinskih sredstava za jednokratnu upotrebu može da stvorи rizik od kontaminacije, npr. usled prenosa infektivnog materijala sa jednog pacijenta na drugog. To može da dovede do povrede ili smrti pacijenta ili korisnika.

Kontaminirani implantati se ne smeju ponovo obrađivati. Svaki Synthes implantat koji je kontaminiran krvlju, tkivom i/ili telesnim tečnostima/materijama više se nikada ne sme ponovo koristiti i njime treba rukovati u skladu sa bolničkim protokolom. Čak i ako deluje neoštećeno, implantati mogu imati sitne defekte i unutrašnje obrasce opterećenja koji mogu uzrokovati zamor materijala.

Mere opreza

Za opšte mere opreza pogledajte odeljak „Važne informacije“.

Za posebne mere opreza kod primene implantata u obliku pločica i zavrtnja neophodno je konsultovati odgovarajući Vodič za hiruršku tehniku (www.depuySynthes.com/ifu) za sistem proizvoda koji se koristi.

Upozorenja

Za opšta upozorenja pogledajte odeljak „Važne informacije“.

Za posebna upozorenja kod primene implantata u obliku pločica i zavrtnja neophodno je konsultovati odgovarajući Vodič za hiruršku tehniku (www.depuySynthes.com/ifu) za sistem proizvoda koji se koristi.

Kombinacija medicinskih sredstava

Kompanija Synthes nije ispitala kompatibilnost sa medicinskim sredstvima drugih proizvođača i ne prihvata nikakvu odgovornost u takvim slučajevima.

Okruženje magnetne rezonance

Kada se uređaj proceni u pogledu upotrebe u MR okruženju, informacije o njegovoj prikladnosti za MR biće navedene u hirurškoj tehnički dostupnoj na web lokaciji www.depuySynthes.com/ifu.

Terapija pre upotrebe medicinskog sredstva

Proizvodi kompanije Synthes koji se isporučuju u nesterilnom stanju moraju se očistiti i sterilisati parom pre hirurške upotrebe. Pre čišćenja uklonite celokupno originalno pakovanje. Pre sterilizacije parom stavite proizvod u odobreni omot ili posudu. Pridržavajte se uputstava za čišćenje i sterilizaciju navedenih u odeljku „Važne informacije“ kompanije Synthes.

Klinička obrada/ponovna obrada medicinskog sredstva

Detaljna uputstva za obradu implantata i ponovnu obradu medicinskih sredstava za višekratnu upotrebu, podloga i posuda za instrumente opisana su u brošuri „Važne informacije“ kompanije Synthes. Uputstvo za sklapanje i rasklapanje instrumenata „Rasklapanje višedelnih instrumenata“ može se preuzeti sa web lokacije <http://emea.depuySynthes.com/hcp/reprocessing-care-maintenance>

Sistemi	Indikacije	Kontraindikacije
Tarzalne blokadne pločice 2,4/2,7 mm	Synthes blokadne tarzalne pločice od 2,4/2,7 mm namenjene su za fiksaciju frakture, osteotomija, nesjedinjenja, replantacija i fuzija kuboidnih, tarzalnih i navikularnih kostiju, posebno kod osteopeničnih kostiju.	Nema kontraindikacija specifičnih za ova medicinska sredstva.
Kanilirani zavrtanj 2,4 mm	- Intraartikularne frakture karpalnih, metakarpalnih, tarzalnih i metatarzalnih kostiju - Fiksacija malih fragmenata kostiju - Bunionektomije i osteotomije - Artrodeze malih zglobova	Nema kontraindikacija specifičnih za ova medicinska sredstva.
LCP volarni ekstraartikularni sistem varijabilnog ugla za distalni radius 2,4 mm	LCP volarne ekstraartikularne pločice promenljivog ugla za distalni radius od 2,4 mm indikovane su za fiksaciju intraartikularnih i ekstraartikularnih frakture i osteotomija distalnog radiusa.	Nema kontraindikacija specifičnih za ova medicinska sredstva.
Pločica sa uglastim lopaticama za odrasle	Pločica sa uglastim lopaticama pod uglom od 130° Frakture i revizije proksimalne trećine femurski-skeletno zrelih pacijenata. Kondilarne pločice, 95° Frakture i revizije proksimalne i distalne trećine femurski-skeletno zrelih pacijenata. Pločice za osteotomiju od 90°/100°/110°/120°/130° Pločice za osteotomiju kuka na proksimalnom femuru kod skeletno zrelih pacijenata.	Nema kontraindikacija specifičnih za ova medicinska sredstva.

Sistemi	Indikacije	Kontraindikacije
Angularna stabilna X-pločica i pločica sa 2 rupe	<p>X-pločica</p> <p>Artrodeza</p> <ul style="list-style-type: none"> – MTP – MTC – Talonavikularna – Kalkano-kuboidna <p>Proksimalne osteotomije</p> <ul style="list-style-type: none"> – U obliku polumeseca – Ludloff – Mau – Otvoreni klin – Zatvoreni klin <p>Kalkanealne ostotomije/frakture</p> <ul style="list-style-type: none"> – Jednostrukе – Sa više fragmenata <p>Pločica sa 2 rupe</p> <ul style="list-style-type: none"> – Bliska osteotomija 	Nema kontraindikacija specifičnih za ova medicinska sredstva.
Kanilirani pedijatrijski sistem za osteotomiju (CAPOS)	<p>CAPOS sistem je indikovan za upotrebu kod beba, mlađe dece, starije dece, adolsecenata i odraslih pacijenata nižeg rasta.</p> <p>Specifične indikacije obuhvataju:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Intertrohantersko propadanje i različite osteotomije <p>Pločice za osteotomiju</p> <ul style="list-style-type: none"> – Mini pločica za kuk za bebe, pločica za kuk za bebe 3,5, 90°, pločica za kuk za decu 3,5, 90°, pločica za kuk za decu 4,5, pločica za kuk od 80°, 90° i 100° (adolescenti) – Intertrotrohanterske pločice za valgusne osteotomije – Kondilarne pločice od 95° (adolescenti i odrasli pacijenti nižeg rasta) – Frakture vrtala femura i petrohanterske frakture – Pločice – pločice sa lopaticama pod uglom od 130° (adolescenti i odrasli pacijenti nižeg rasta) 	Nema kontraindikacija specifičnih za ova medicinska sredstva.
Kanilirani zavrtnji 3,0/3,5/4,0/4,5/6,5/7,0/7,3	<p>CSS 3,0</p> <p>Fiksacija frakturna podlaktice, šake i stopala, npr.:</p> <ul style="list-style-type: none"> – frakture i artrodeze karpalnih i metakarpalnih kostiju – frakture distalnog radijusa i radijalne glave – frakture metatarzalnih kostiju <p>CSS 3,5</p> <p>Fiksacija frakturna sa malim fragmentima, npr.:</p> <ul style="list-style-type: none"> – frakture ručnih zglobova – frakture metakarpalnih i metatarzalnih kostiju i fiksacija inmetakarpalnih i metatarzalnih osteotomija – tarzalne frakture – transkondilarne frakture humerusa kod dece <p>CSS 4,0</p> <p>Fiksacija frakturna sa fragmentima srednje veličine, npr.:</p> <ul style="list-style-type: none"> – frakture metakarpalnih i metatarzalnih kostiju i fiksacija inmetakarpalnih i metatarzalnih osteotomija – tarzometatarzalne i metatarzofalangne artrodeze – fiksacije ligamenata – korekcije haluks valgusa <p>CSS 4,5</p> <p>Fiksacija frakturna sa fragmentima srednje veličine, npr.:</p> <ul style="list-style-type: none"> – maleolarnе frakture – frakture stuba tibije – frakture kalkanusa i talusa – frakture platoa tibije – karpalna i tarzalna artrodeza <p>CSS 6,5, 7,0 i 7,3</p> <p>Fiksacija frakturna sa velikim fragmentima, npr.:</p> <ul style="list-style-type: none"> – frakture vrtala femura – interkondilarne frakture femura – epifizeoliza glave femura – artrodeza skočnog zglobova – iliosakralne dislokacije 	Nema kontraindikacija specifičnih za ova medicinska sredstva.

Sistemi	Indikacije	Kontraindikacije
DCP i LC-DCP sistemi	<p>Ova hirurška tehnika odnosi se na Synthes linije DCP i L-DCP sistema i pločica navedene u nastavku:</p> <p>Mini fragmentni sistem 1,5, 2,0, 2,7</p> <ul style="list-style-type: none"> - Frakture srednjih i distalnih falangnih i tarzalnih kostiju - Frakture metakarpalnih i metatarzalnih kostiju - Osteotomije i artrodeze na šaci i stopalu - Frakture distalnog radijusa (tehnika dvostrukе pločice) <p>Kompakt za šaku 1,0, 1,3, 1,5, 2,0, 2,4</p> <p>Veličine implantata 1,0/1,3:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fiksacija malih fragmenata - Frakture distalnih i intermedijalnih falangnih kostiju - Frakture avulzije <p>Veličine implantata 1,5:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Frakture falangnih i metakarpalnih kostiju - Hvatanje fragmenata tehnikom lag zavrtnja <p>Veličine implantata 2,0/2,4:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Frakture falangnih i metakarpalnih kostiju - Hvatanje fragmenata tehnikom lag zavrtnja <p>Pločice u obliku lista deteline 3,5</p> <ul style="list-style-type: none"> - Distalna tibija za frakture sa urušavanjem kako bi se poduprla medijalna strana - Proksimalni humerus za frakture sa urušavanjem glave humerusa <p>Jednotrećinska cevasta pločica 3,5</p> <ul style="list-style-type: none"> - Frakture manjih kostiju kao što su fibula, humerus i ulna. <p>LC-DCP pločica 3,5, DCP pločica 3,5, T-pločica 3,5</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fiksacija frakture i fiksacija posle npr. osteotomija, loših sjedinjenja i nesjedinjenja koja uključuju, između ostalog, distalni radijus, proksimalnu i distalnu tibiju, proksimalni humerus i ključnu kost. <p>LC-DCP pločica 4,5, DCP pločica 4,5, T-pločica 4,5, T potporna pločica 4,5, L potporna pločica 4,5</p> <ul style="list-style-type: none"> - Frakture i osteotomije velikih kostiju kao što su femur, tibija i humerus <p>Polucevasta pločica 4,5</p> <ul style="list-style-type: none"> - Frakture i osteotomije manjih kostiju kao što su ashumerus, radijus, ulna, ključna kost, fibula, tibija i karlica <p>Kondilarna potporna pločica 4,5</p> <ul style="list-style-type: none"> - Podupiranje frakture distalnog femura sa više fragmenata - Suprakondilarne frakture - Ntraartikularne i ekstraartikularne kondilarne frakture - Loša sjedinjenja i nesjedinjenja distalnog femura - Periprotetičke frakture <p>Potporna pločica lateralne glave tibije 4,5</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indikovana je za stabilizaciju frakture proksimalne tibije. One uključuju frakture proksimalne osovine, metafizalne frakture, intraartikularne frakture, periprotetičke frakture. <p>Proksimalna pločica za tibiju 4,5</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indikovana je za nesjedinjenja, loša sjedinjenja i frakture proksimalne tibije, uključujući jednostavne, urušene, sa lateralnim klinom, depresijom, medijalnim klinom, bikondilarne frakture i kombinacije lateralnog klini i depresije. 	Nema kontraindikacija specifičnih za ova medicinska sredstva.
DHS/DCS sistem	<p>DHS sistem uključujući sve kombinacije DHS zavrtnja, DHS lopatice, DHS pločice sa DCP rupama, LCP DHS pločicu i LCP DHS sa obrubnicom</p> <p>Indikacije za DHS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pertrohanterske frakture tipa 31-A1 i 31-A2 - Medutrohanterske frakture tipa 31-A3 - Frakture osnove vrata 31-B (DHS zavrtanj zajedno sa antirotacionim zavrtnjem) - Suptrohanterske frakture <p>Indikacije za trohantersku stabilizacionu pločicu LTSP/ULTSP/TSP</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nestabilne petrohanterske frakture tipa 31-A2 i 31-A3, posebno frakture sa više fragmenata i sa razdvojenim i uzdužno podeljenim velikim trohanterom <p>Indikacije za DCS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Proksimalni femur: Veoma proksimalno locirane, čisto suptrohanterske frakture tipa 32-A i 32-B - Distalni femur: Frakture tipa 33-A (ekstraartikularne, suprakondilarne) i frakture tipa 33-C (potpuno artikularne frakture) 	<p>Kontraindikacije za DHS</p> <p>DHS se ne sme koristiti u slučajevima kod kojih postoji velika verovatnoća pojave:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sepse - Primarni malignitet ili metastatski tumori - Osetljivost na materijal - Ugrožena vaskularnost <p>Kontraindikacije za DCS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pertrohanterske frakture ili trohanterske frakture sa širenjem u suptrohanter (31-A3)

Sistemi	Indikacije	Kontraindikacije
Sterilni komplet za distalni radius	LCP® volarne ekstraartikularne pločice promenljivog ugla za distalni radius 2,4 indikovane su za fiksaciju intraartikularnih i ekstraartikularnih frakturna i osteotomija distalnog radijusa.	Nema kontraindikacija specifičnih za ova medicinska sredstva.
Sistem za vrat femura (FNS)	Frakture vrata femura (AO tipa 31-B)	<ul style="list-style-type: none"> – Pertrohanterske frakture (AO tipa 31-A1 i 31-A2) – Međutrohanterske frakture (AO tipa 31-A3) – Suptrohanterske frakture <p>Pored toga, ovaj sistem ne sme da se koristi za slučajeve kod kojih postoji velika verovatnoća pojave:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Sepse – Primarni malignitet ili metastatski tumori – Osetljivost na materijal – Ugrožena vaskularnost
HCS 1,5	<ul style="list-style-type: none"> – Fiksacije intraartikularnih i ekstraartikularnih frakturna i nesjedinjenja malih kostiju i fragmenata malih kostiju – Artrozeze malih zglobova – Osteohondralnih frakture – Osteotomija – Frakturna avulzije 	Nema kontraindikacija specifičnih za ova medicinska sredstva.
HCS 2,4/3,0	<ul style="list-style-type: none"> – Fiksacije intraartikularnih i ekstraartikularnih frakturna i nesjedinjenja malih kostiju i fragmenata malih kostiju – Artrozeze malih zglobova – Bunionektomija i osteotomija <p>Primeri obuhvataju, između ostalog, skafoid i druge karpalne kosti, metakarpalne, tarzalne i metatarzalne kosti, patelu, stiloid ulne, kapitulum, glavu radijusa i stiloid radijusa.</p>	Nema kontraindikacija specifičnih za ova medicinska sredstva.
HCS 4,5/6,5	HCS 4,5 Frakturna, osteoartritis ili deformitet malih do velikih kostiju. Primeri: <ul style="list-style-type: none"> – Kalkanus – Talus – Metatarzus – Distalna i proksimalna tibia – Distalni femur – Proksimalni humerus HCS 6,5 Frakturna, osteoartritis ili deformitet malih do velikih kostiju. Primeri: <ul style="list-style-type: none"> – Kalkanus – Talus – Distalna i proksimalna tibia – Distalni femur 	Nema kontraindikacija specifičnih za ova medicinska sredstva.
LCP anterolateralna pločica za distalnu tibiju 3,5	LCP anterolateralna pločica za distalnu tibiju 3,5 indikovana je za: <ul style="list-style-type: none"> – Ekstraartikularne i jednostavne intraartikularne frakture distalne tibije – Frakturna distalne tibije, perkutane ili reduktivne ograničenom artrotomijom – Frakturna distalne tibije koja se širi u oblast dijafize 	Nema kontraindikacija specifičnih za ova medicinska sredstva.
LCP pločica s kukom za ključnu kost	<ul style="list-style-type: none"> – Frakture lateralne ključne kosti: Neer tip II ili Jäger i Breitner tip II – Dislokacija akromioklavikularnog zglobova Tip: Tossy III ili Rockwood III do V 	<ul style="list-style-type: none"> – Stabilne frakture lateralne ključne kosti – Tossy tip I i II – Rockwood tip I i II – Akutna infekcija
LCP kompakt za stopalo/kompakt za šaku	Indikacije za implantaciju veličine 2,0 i 2,4 obuhvataju: <ul style="list-style-type: none"> – Frakture falangnih kostiju – Frakture metakarpalnih i metatarzalnih kostiju (II-V) – Frakture distalnog radijusa (tehnika dvostrukne pločice) – Osteotomije i artrozeze na šaci i stopalu (npr. TMT [II-V] fuzije) – Supkapitelna frakturna glave radijusa – Kao dodatni implantat kod malih fragmenata Indikacije za implantaciju veličine 2,7 obuhvataju: <ul style="list-style-type: none"> – Frakture metatarzalnih kostiju I – Frakture tarzalnih kostiju – MTP 1 fuzije – Osteotomije i artrozeze tarzalnih kostiju (npr. kalkansko-kuboidna fuzija) 	Nema kontraindikacija specifičnih za ova medicinska sredstva.

Sistemi	Indikacije	Kontraindikacije
LCP kompakt za šaku	<p>Kompakt za šaku 1,0/1,3</p> <p>Opšte informacije:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Fiksacija malih fragmenata – Frakture avulzije i frakture distalnih i srednjih falangnih kostiju <p>Ravna pločica:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Frakture osovine falangnih kostiju <p>Pločica sa podupiračem:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Frakture sa urušavanjem i replantacije srednjih i proksimalnih falangnih kostiju T-pločica i <p>Y-pločica:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Kondilarne frakture falangnih kostiju <p>Zavrtnji za jednostruki korteks:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Hvatanje fragmenata tehnikom lag zavrtnja <p>LCP kompakt za šaku 1,5</p> <ul style="list-style-type: none"> – Fiksacija frakture falangnih i metakarpalnih kostiju – Osteotomija – Artrodeza – Replantacije i rekonstrukcije falangnih i metakarpalnih kostiju, posebno osteopeničnih <p>LCP kompakt za šaku 2,0</p> <ul style="list-style-type: none"> – Frakture falangnih i metakarpalnih kostiju i kostiju ručnog zglobova – Osteotomije i artrozeze interfalangnih zglobova – Frakture distalnog radijusa (tehnika dvostrukе pločice) – Supkapitalne frakture glave radijusa <p>LCP kompakt za šaku 2,4</p> <ul style="list-style-type: none"> – Frakture metakarpalnih kostiju i kostiju ručnog zglobova – Frakture distalnog radijusa (tehnika dvostrukе pločice) – Osteotomije i artrozeze na šaci – Supkapitalne frakture glave radijusa 	Nema kontraindikacija specifičnih za ova medicinska sredstva.
LCP kompakt za šaku 1,5	<ul style="list-style-type: none"> – Fiksacija frakture falangnih i metakarpalnih kostiju – Osteotomija – Artrodeza – Replantacije i rekonstrukcije falangnih i metakarpalnih kostiju, posebno osteopeničnih 	Nema kontraindikacija specifičnih za ova medicinska sredstva.
LCP kondilarna pločica 4,5/5,0	<ul style="list-style-type: none"> – Podupiranje frakture distalnog femura sa više fragmenata – Suprakondilarne frakture – Ntraartikularne i ekstraartikularne kondilarne frakture – Loša sjedinjenja i nesjedinjenja distalnog femura – Periprotetičke frakture – Frakture normalne ili osteopenične kosti 	Nema kontraindikacija specifičnih za ova medicinska sredstva.
LCP DHHS	<p>LCP DHHS je indikovan za frakture proksimalnog femura kao što su:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Međutrohanterske frakture – Frakture osnove vrata – Peretrohanterske frakture <p>LCP DHHS je indikovan za stabilne i nestabilne frakture kod kojih stabilna medijalna potpora može da se rekonstruiše.</p>	Nema kontraindikacija specifičnih za ova medicinska sredstva.
LCP dija-metavolarne pločice za distalni radijus	LCP dija-metavolarne pločice distalnog radijusa indikovane su za frakture, osteotomije i nesjedinjenja radijusa.	Nema kontraindikacija specifičnih za ova medicinska sredstva.
LCP pločice za distalnu fibulu	LCP pločice za distalnu fibulu namenjene su za fiksaciju frakturne, osteotomije i nesjedinjenja metafizne i dijafizne oblasti distalne fibule, posebno kod osteopenične kosti.	Nema kontraindikacija specifičnih za ova medicinska sredstva.
LCP pločice za distalni humerus	<p>Indikacije za pločicu za distalni humerus</p> <ul style="list-style-type: none"> – Intraartikularne frakture distalnog humerusa – Suprakondilarne frakture distalnog humerusa – Nesjedinjenja distalnog humerusa 	(za DHP i za metafiznu pločicu) <ul style="list-style-type: none"> – Akutne infekcije – Deca u fazi rasta
LCP sistem za distalni radijus 2,4	Dislocirane ekstraartikularne i intraartikularne frakture distalnog radijusa i korektivne osteotomije distalnog radijusa.	Nema kontraindikacija specifičnih za ova medicinska sredstva.
Dorzalni pristup		
<ul style="list-style-type: none"> – Dorzalno dislocirane frakture – Ekstraartikularne frakture sa metafiznim defektom (AO klasifikacija 23-A3) – Otvorena rekonstrukcija zglobova (AO klasifikacija 23-C1, C2, C3) – Kombinacija frakture distalnog radijusa sa karpalnim i metakarpalnim frakturnama – Korektivne osteotomije Palmarni pristup – Obrnuti Barton – Palmarno dislocirane ekstraartikularne frakture (Goyrand-Smith) – Dorzalno dislocirane ekstraartikularne (Colles) i artikularne frakture – Ekstraartikularne frakture sa širenjem u osovinu (veoma duge pločice) 		

Sistemi	Indikacije	Kontraindikacije
LCP pločica za distalnu tibiju	<ul style="list-style-type: none"> - Ekstraartikularne i jednostavne intraartikularne frakture distalne tibije - Frakture distalne tibije, perkutane ili reduktivne ograničenom artrotomijom - Frakturna distalna tibija koja se širi u oblast dijafize 	Nema kontraindikacija specifičnih za ova medicinska sredstva.
LCP pločica za distalnu ulnu	<p>Frakture distalne ulne koje mogu dovesti do nestabilnosti distalnog radioulnarnog zgloba.</p> <p>Frakture glave ulne kod kojih je artikularna površina dislocirana, zarotirana ili pod nagibom.</p> <p>Ekstraartikularne frakture sa urušavanjem vrata ulne koje predstavljaju pretragu stabilnoj kongruenciji distalnog radioulnarnog zgloba.</p>	Nema kontraindikacija specifičnih za ova medicinska sredstva.
LCP ekstraartikularna pločica za distalni humerus	<ul style="list-style-type: none"> - Ekstraartikularne frakture distalnog humerusa - Loša sjedinjenja distalnog humerusa - Nesjedinjenja distalnog humerusa 	Nema kontraindikacija specifičnih za ova medicinska sredstva.
LCP pločica sa kukom 3,5	<ul style="list-style-type: none"> - Jednostavne frakture olekranona (AO tipovi 21-B1, 21-B3, 21-C1) - Osteotomije olekranona za terapiju frakture distalnog humerusa - Frakture avulzije distalne tibije i fibule 	Nema kontraindikacija specifičnih za ova medicinska sredstva.
LCP blokadna kompresiona pločica	<p>Indikacije za svaki sistem biće pojedinačno predstavljene.</p> <p>Pločice za male fragmente (3,5)</p> <p>LCP pločice 3,5</p> <p>Fiksacija malih fragmenata kostiju primenom pet standardnih AO principa postavljanja pločica (potporna pločica, neutralizaciona pločica, pločica za savijanje pod pritiskom, prenosna pločica, kompresiona pločica).</p> <p>LCP rekonstruktivne pločice 3,5</p> <p>Fiksacija malih fragmenata kostiju primenom pet standardnih AO principa postavljanja pločica (potporna pločica, neutralizaciona pločica, pločica za savijanje pod pritiskom, prenosna pločica, kompresiona pločica). Fiksacija frakture i fiksacija posle osteotomija, loših sjedinjenja i nesjedinjenja koja uključuju, između ostalog, distalni radijus, proksimalnu i distalnu tibiju, proksimalni humerus i ključnu kost.</p> <p>LCP trećinski cevaste pločice 3,5</p> <p>LCP trećinski cevaste pločice 3,5 indikovane su za postavljanje pločica kod frakture dugih i malih kostiju. Pločica se sme koristiti samo u svrhe raspodele opterećenja, npr. podupiranje, savijanje pod pritiskom, neutralizacija ili kompresija.</p> <p>LCP metafizne pločice 3,5</p> <p>LCP metafizne pločice indikovane su za fiksaciju ekstraartikularnih frakturna u metafiznoj oblasti koje mogu da se šire u oblast osovine. Pločice od 3,5 mm indikovane su za fiksaciju frakture distalnog humerusa i distalne fibule.</p> <p>Pločice za velike fragmente (4,5/5,0)</p> <p>LCP metafizne pločice 3,5/4,5/5,0</p> <p>LCP metafizne pločice indikovane su za ekstraartikularne frakture u metafiznoj oblasti koje mogu da se šire u oblast osovine.</p> <p>Pločice 4,5/5,0 indikovane su za fiksaciju frakture proksimalnog humerusa i distalne tibije.</p> <p>LCP 4,5/5,0 uske pločice</p> <p>LCP T-pločice 4,5/5,0</p> <p>LCP 4,5/5,0 široke pločice</p> <p>LCP 4,5/5,0 široke zakrivljene pločice</p> <p>LCP rekonstruktivne pločice 4,5/5,0</p> <p>Uopšteno posmatrano, LCP generičke pločice i instrumenti (veliki fragmenti) indikovani su za osteosintezu frakture femura, tibije, humerusa i karlice u proksimalnoj, distalnoj i oblasti osovine.</p>	Nema kontraindikacija specifičnih za ova medicinska sredstva.
LCP slabo pregibne pločice za medijalno-distalnu tibiju 3,5 mm	Synthes LCP pločice sa malim savijanjem za medijalnu distalnu tibiju namenjene su za fiksaciju složenih intraartikularnih i ekstraartikularnih frakture i osteotomija distalne tibije, kao deo Synthes LCP sistema za male fragmente.	Nema kontraindikacija specifičnih za ova medicinska sredstva.
LCP pločica za medijalno-proksimalnu tibiju 3,5	<p>LCP pločice za medijalno-proksimalnu tibiju 3,5 indikovane su za podršku metafiznih frakturnih platoa medijalne tibije, frakture platoa medijalne tibije razdvojenog tipa, medijalne frakture razdvojenog tipa sa povezanim depresijama i razdvajanjima ili depresiranim frakturnim platoa medijalne tibije.</p> <p>Pločice se mogu koristiti i za fiksaciju proksimalne četvrte (lateralne i medijalne) tibije, kao i kod segmentne frakture proksimalne tibije.</p>	Nema kontraindikacija specifičnih za ova medicinska sredstva.

Sistemi	Indikacije	Kontraindikacije
LCP pločica za medijalno-proksimalnu tibiju 4,5/5,0	<p>LCP pločice za medijalno-proksimalnu tibiju 4,5/5,0 indikovane su za podršku metafiznih frakura platoa medijalne tibije, frakura platoa medijalne tibije razdvojenog tipa, medijalne frakture razdvojenog tipa sa povezanim depresijama i razdvojenim ili depresiranim frakturnama platoa medijalne tibije. Pločice se mogu koristiti i za fiksaciju proksimalne četrvrtine (lateralne i medijalne) tibije, kao i kod segmentne frakture proksimalne tibije.</p> <p>LCP pločice za medijalno-proksimalnu tibiju 4,5/5,0 mogu se koristiti i za fiksaciju nesjednjenja i loših sjedinjenja medijalno-proksimalne tibije i osovine tibije, kao i za osteotomije tibije sa otvaranjem i zatvaranjem klina.</p>	Nema kontraindikacija specifičnih za ova medicinska sredstva.
LCP pločica za metafizu za distalno-medijalnu tibiju	<p>LCP metafizna pločica za distalno-medijalnu tibiju je fabrički oblikovana pločica koja omogućava optimalno lečenje juksta-artikularnih frakura distalne tibije koje se šire u oblast osovine. Ova pločica u obzir uzima sledeće osobine distalne tibije:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pokrivenost tankim, mekim tkivom - Složen anatomski oblik kosti 	Nema kontraindikacija specifičnih za ova medicinska sredstva.
LCP pločice za metafizu	<p>LCP metafizne pločice indikovane su za fiksaciju ekstraartikularnih frakura u metafiznoj oblasti koje mogu da se šire u oblast osovine. Pločice od 3,5 mm indikovane su za fiksaciju frakture distalnog humerusa i distalne fibule. Pločice 4,5/5,0 indikovane su za fiksaciju frakture proksimalnog humerusa i distalne tibije.</p>	Nema kontraindikacija specifičnih za ova medicinska sredstva.
LCP olekranonska pločica	<ul style="list-style-type: none"> - Složene frakture ekstraartikularnog i intraartikularnog olekranona - Pseudoartrose proksimalne ulne - Osteotomija - Jednostavne frakture olekranona 	<ul style="list-style-type: none"> - Akutne infekcije - Decu u fazi rasta
LCP sistem pedijatrijskih pločica	<p>LCP sistem pedijatrijskih pločica sastoji se od različitih pločica za različite indikacije.</p> <p>LCP pedijatrijska pločica za kuk 2,7 namenjena je za upotrebu kod dece starosti do tri godine, u zavisnosti od telesne težine i kvaliteta kosti.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nelečena dislokacija kuka u kombinaciji sa otvorenom redukcijom - Razvojna koksa valga - Teška displazija kuka <p>LCP pedijatrijska pločica za kuk za osteotomije varusa namenjena je za upotrebu kod pedijatrijskih pacijenata do adolescentnog doba i za odrasle pacijente nižeg rasta.</p> <p>Specifične indikacije obuhvataju:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Idiopatski valgusni kuk - Idiopatska i stečena subluksacija glave femura - Subluksacija glave femura kod neuromišićnih bolesti/problema - Visoka retroverzija i antevertzija u kombinaciji sa visokim CCD ugлом <p>LCP pedijatrijska pločica za kuk za osteotomije valgusa namenjena je za upotrebu kod pedijatrijskih pacijenata do adolescentnog doba i za odrasle pacijente nižeg rasta.</p> <p>Specifične indikacije obuhvataju:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Visoko naleganje velikog trohantera i malo skraćenje noge - Pertesova bolest - Urođena pseudoartroza glave femura - Deformatitet SCFE (epifiza ispuštenog kapitela femura) - PFFD (Fokalna deficijencija proksimalnog femura) - Idiopatska koksa vara - Posttraumatska pseudoartroza vrata femura <p>LCP pedijatrijska pločica za kuk (3,5 i 5,0) od 120° i 130° za lečenje frakture i korekciju rotacije indikovana je za transtrohanterske frakture sa dovoljnom medijalnom potporom i frakture vrata femura tipa I do III (videti klasifikaciju AO frakture).</p> <p>LCP pedijatrijska kondilarna pločica namenjena je za upotrebu kod pedijatrijskih pacijenata do adolescentnog doba i za odrasle pacijente nižeg rasta.</p> <p>Specifične indikacije obuhvataju:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fiksna fleksiona kontraktura kolena kod neuroloških stanja - Korekcija deformiteta na distalnom femuru - Rotaciono loše poravnanje femura (ako se želi distalna korekcija) - Suprakondilarne frakture femura 	Nema kontraindikacija specifičnih za ova medicinska sredstva.
LCP periartikularna pločica za proksimalni humerus 3,5	<p>LCP periartikularna pločica za proksimalni humerus 3,5 koristi se kod složenih frakura proksimalnog humerusa.</p> <p>LCP periartikularna pločica za proksimalni humerus od 3,5 mm indikovana je za frakture i dislokacije frakture (Neer tipa sa 2, 3 i 4 fragmenta), osteotomije i nesjednjenja proksimalnog humerusa, posebno kod pacijenata koji pate od osteoporoze.</p>	Nema kontraindikacija specifičnih za ova medicinska sredstva.

Sistemi	Indikacije	Kontraindikacije
LCP posteriora pločica za medialno-proksimalnu tibiju 3,5	Synthes LCP posteriorno-medijalna pločica za proksimalnu tibiju 3,5 indikovana je za internu fiksaciju posteromedijalnih frakturnih proksimalne tibije, uključujući podupiranje frakturnih proksimalne, distalne i metafizalne oblasti tibije.	Nema kontraindikacija specifičnih za ova medicinska sredstva.
LCP pločica sa kukom za proksimalni femur 4,5/5,0	LCP pločica sa kukom za proksimalni femur 4,5/5,0 namenjena je za frakture femura koje obuhvataju: – Frakture trohanterske oblasti, jednostavne trohanterske, cervikotrohanterske, trohanterodijafizalne frakture, petrohanterske frakture sa više fragmenata, intertrohanterske, obrnute ili transverzalne frakture trohanterske oblasti ili sa dodatnom frakturom medijalnog kortexa – Frakture proksimalnog kraja femura kombinovane sa frakturnama ipsilateralne osovine – Metastatske frakture proksimalnog femura – Osteotomije proksimalnog femura – Takođe i za upotrebu kod fiksacije osteopenične kosti i fiksaciju nesjedinjenja ili loših sjedinjenja – Periprotetičke frakture	Nema kontraindikacija specifičnih za ova medicinska sredstva.
LCP pločica za proksimalni femur 4,5/5,0	LCP pločica za proksimalni femur 4,5/5,0 namenjena je za frakture femura koje obuhvataju: – Frakture trohanterske oblasti, jednostavne trohanterske, cervikotrohanterske, trohanterodijafizalne frakture, petrohanterske frakture sa više fragmenata, intertrohanterske, obrnute ili transverzalne frakture trohanterske oblasti ili sa dodatnom frakturom medijalnog kortexa – Frakture proksimalnog kraja femura kombinovane sa frakturnama ipsilateralne osovine – Metastatske frakture proksimalnog femura – Osteotomije proksimalnog femura – Takođe i za upotrebu kod fiksacije osteopenične kosti i fiksaciju nesjedinjenja ili loših sjedinjenja – Periprotetičke frakture	Nema kontraindikacija specifičnih za ova medicinska sredstva.
LCP pločice za proksimalni radijus 2,4	Ekstraartikularne i intraartikularne frakture proksimalnog radijusa i frakture vrata radijusa sa više fragmenata.	Nema kontraindikacija specifičnih za ova medicinska sredstva.
LCP pločica za proksimalnu tibiju 3,5	– Frakture razdvojenog tipa platoa lateralne tibije – Lateralne frakture razdvojenog tipa sa povezanim depresijama – Čiste centralne depresirane frakture – Frakture medijalnog platoa razdvojenog ili depresiranog tipa	Izolovane frakture osovine.
LCP superiorno-anteriorna pločica za ključnu kost	– Frakture osovine ključne kosti – Frakture lateralne ključne kosti – Loša sjedinjenja ključne kosti – Nesjedinjenja ključne kosti	Nema kontraindikacija specifičnih za ova medicinska sredstva.
LCP superiorna pločica za ključnu kost	– Frakture osovine ključne kosti – Frakture lateralne ključne kosti – Loša sjedinjenja ključne kosti – Nesjedinjenja ključne kosti	Nema kontraindikacija specifičnih za ova medicinska sredstva.
LCP sistem za osteotomiju ulne 2,7	Primarni sindrom udara ulne – Degenerativne poderotine trouglastog fibrohrskavičnog kompleksa (TFCC) – Lunotrikvetralne poderotine Sekundarni sindrom udara ulne – Nekongruencija (razlika u dužini) distalnog radijalno-ulnarnog zgloba nakon frakture distalnog radijusa – Traumatske poderotine trouglastog fibrohrskavičnog kompleksa (TFCC)	Nema kontraindikacija specifičnih za ova medicinska sredstva.
LCP pločice za volarni stub distalnog radijusa 2,4 mm	LCP pločice volarnog stuba distalnog radijusa od 2,4 mm indikovane su za fiksaciju složenih intraartikularnih i ekstraartikularnih frakturnih osteotomija distalnog radijusa.	Nema kontraindikacija specifičnih za ova medicinska sredstva.
LCP komplet za fuziju ručnog zgloba	LCP sistem za fuziju ručnog zgloba indikovan je za artrodeze ručnog zgloba i frakture drugih malih kostiju karpusa. Specifične indikacije obuhvataju: – Posttraumatska artroza ručnog zgloba – Reumatoidni deformiteti ručnog zgloba koji zahtevaju restauraciju – Složena karpalna nestabilnost – Postseptični artritis ručnog zgloba – Jak bol u ručnom zglobu koji se ne povlači, povezan sa pokretonom – Paralize nerva brahijalnog pleksusa – Resekcija tumora – Spastični deformiteti	Nema kontraindikacija specifičnih za ova medicinska sredstva.

Sistemi	Indikacije	Kontraindikacije
LISS i LCP DF	LCP DF je indikovan za stabilizaciju frakturna distalnog femura. One obuhvataju: – Sve frakture osovina – Suprakondilarne frakture – Intraartikularne frakture – Periprotetičke frakture	Nema kontraindikacija specifičnih za ova medicinska sredstva.
LISS i LCP PLT	LCP PLT i LISS PLT indikovani su za stabilizaciju frakturna proksimalne tibije. One obuhvataju: – Frakture proksimalne osovine – Frakture metafize – Intraartikularne frakture – Periprotetičke frakture	Nema kontraindikacija specifičnih za ova medicinska sredstva.
Blokadna pločica za dodatak	– Periprotetičke frakture osovine femura: – Vankuver B – Vankuver C – Frakture oko intramedularnih implantata	Nema kontraindikacija specifičnih za ova medicinska sredstva.
Zavrtanj za fuziju sredine stopala Ø 6,5 mm	Lečenje velikog kolapsa sredine / zadnjeg dela stopala povezanog sa: – Šarkovo stopalo – Neuropatska bolest Šarkovo stopalo se može razviti u nekoliko oblasti stopala. Najčešće je to u Šopartovoj oblasti, zatim u Lisfrankovoj oblasti, te potom u oblasti skočnog zgloba i kalkano-suptalarnoj oblasti. Često se razvija i u prednjoj oblasti stopala. Namena zavrtnja za fuziju sredine stopala je lečenje u Šopartovoj i Lisfrankovoj oblasti.	– Periferna vaskularna bolest – Teški i životno ugrožavajući komorbiditeti
Implantati i instrumenti za karlicu	<p>Frakture simfize: – Pubične pločice simfize</p> <p>Frakture karličnog oboda: – Rekonstruktivne pločice – Ravne pločice – Zakrivljene pločice (radijus od 88 mm, radijus od 108 mm) – J-pločice</p> <p>Blokadne rekonstruktivne pločice 3,5 – Ravne pločice – J-pločice</p> <p>Rekonstruktivne pločice 3,5 širokog ugla – Ravne pločice</p> <p>Frakture ilijum/ilijačnog krila: – Rekonstruktivne pločice – Ravne pločice – Zakrivljene pločice (radijus od 88 mm, radijus od 108 mm)</p> <p>Blokadne rekonstruktivne pločice 3,5 – Ravne pločice</p> <p>Rekonstruktivne pločice 3,5 niskog profila i širokog ugla – Ravne pločice</p> <p>Frakture acetabuluma: – Rekonstruktivne pločice – Ravne pločice – Zakrivljene pločice (radijus od 88 mm, radijus od 108 mm)</p> <p>Rekonstruktivne pločice 3,5 širokog ugla – Ravne pločice</p>	Instrumenti za konturisanje pločica in situ kontraindikovani su za*. Pločice sa blokadnim i koaksijalnim kombinovanim rupama. Posebno: – Blokadne rekonstruktivne pločice 3,5 – Pločice pubične simfize 3,5 – Pločice sa oprugom 3,5 – Rekonstruktivne pločice 3,5 sa koaksijalnim kombinovanim rupama – Pločice drugih veličina osim 3,5 mm
Periartikularni ciljani instrumenti za ruku za LCP pločicu za proksimalnu tibiju 4,5/5,0	Synthes LCP pločice za proksimalnu tibiju 4,5/5,0 indikovane su za lečenje nesjedjenjenja, loših sjedjenjenja i frakturna proksimalne tibije, koje obuhvataju: – Jednostavne frakture – Frakture sa urušenim strukturama – Frakture lateralnog klina – Depresirane frakture – Frakture medialnog klina – Bikondilarne frakture, kombinacija frakturna lateralnog klina i depresije – Frakture sa povezanim frakturnama osovine	Nema kontraindikacija specifičnih za ova medicinska sredstva.

Sistemi	Indikacije	Kontraindikacije
PHILOS i dugi PHILOS	<p>Indikacije za PHILOS</p> <ul style="list-style-type: none"> – Dislocirane frakture proksimalnog humerusa sa dva, tri i četiri fragmenta, uključujući frakture koje obuhvataju osteopeničnu kost – Pseudoartrose proksimalnog humerusa – Osteotomije proksimalnog humerusa <p>Indikacije za dugi PHILOS</p> <ul style="list-style-type: none"> – Kao za PHILOS, ali za frakture koje se šire do osovine ili one bez medijalne potpore 	Nije dostupno.
PHILOS sa uvećanjem	<p>Indikacije za PHILOS</p> <ul style="list-style-type: none"> – Dislocirane frakture proksimalnog humerusa sa dva, tri i četiri fragmenta, uključujući frakture koje obuhvataju osteopeničnu kost – Pseudoartrose proksimalnog humerusa – Osteotomije proksimalnog humerusa <p>Indikacije za dugi PHILOS</p> <ul style="list-style-type: none"> – Kao za PHILOS, ali za frakture koje se šire do osovine ili one bez medijalne potpore <p>Indikacije za PHILOS uvećanje</p> <ul style="list-style-type: none"> – Kao za PHILOS i dugi PHILOS, ali isključivo u slučajevima koji obuhvataju osteopeničnu kost – Perforirani zavrtnji mogu da se koriste i bez cementnog uvećanja 	<p>Kontraindikacije za PHILOS uvećanje</p> <ul style="list-style-type: none"> – U slučajevima kod kojih postoji rizik od curenja cementa u zglobove ili vaskularne strukture (npr. putem frakturna koje se otvaraju ka zglobu)
Pločice sa četvorostranom površinom 3,5	Synthes pločice sa četvorostranom površinom 3,5 indikovane su kod urušavanja četvorostrane površine povezane sa acetabularnim frakturama kada se koriste zajedno sa Synthes pločicama za rekonstrukciju karlice.	Nema kontraindikacija specifičnih za ova medicinska sredstva.
Pločice za ispravku rotacije 1,5 i 2,0	<p>1. Sve frakture falangnih i metakarpalnih kostiju kod kojih je precizna repozicija teška ili gde lako može doći do rotacione greške.</p> <ul style="list-style-type: none"> – supkapitalne frakture metakarpalnih kostiju (posebno kod frakture sa udarnom kompresijom) – transverzalne frakture – kratke izvijene frakture – frakture sa urušenim strukturama – defektne frakture (povrede kružnom testerom) – amputacione povrede prstiju (sa primarnim skraćenjem) – Winterstein frakturna, Rolando frakturna <p>2. Korektivne osteotomije kod frakturna falangnih ili metakarpalnih kostiju koje su zacelile sa aksijalnom, odnosno rotacionom greškom. U slučaju frakturna metafize, urušenih frakturna i osteoporotične kosti, klinički rezultati mogu da se poboljšaju angularno-stabilnom vezom zavrtnja i pločice.</p>	Nema kontraindikacija specifičnih za ova medicinska sredstva.
Sakralne šipke	Synthes sakralne šipke indikovane su za fiksaciju posteriorne karlice u oblastima posteriorno-superiorne ili jačne kičme, posteriorno-inferiorne ili jačne kičme, kod sakralnih frakturna i dislokacija frakture sakroiličnog zgloba.	Nema kontraindikacija specifičnih za ova medicinska sredstva.
Sistem zavrtnja za epifizu ispuštenog kapitela femura (SCFE)	Zavrtnji za epifizu ispuštenog kapitela femura (SCFE) indikovani su za:	Nema kontraindikacija specifičnih za ova medicinska sredstva.
	<ul style="list-style-type: none"> – Frakture vrata femura kod dece, adolescenata i odraslih – Epifizu ispuštenog kapitela femura – Frakture platoa tibije – Artrodezu skočnog zgloba – Interkondilarne frakture – Remećenja sakroiličnog zgloba – Suptalarne artrodezu <p>Ovaj uređaj nije odobren za pričvršćivanje zavrtnjem ili fiksaciju za posteriorne elemente (peteljke) cervicalne, torakalne ili lumbalne kičme.</p>	
Pločice sa oprugom 3,5	Synthes pločica sa oprugom od 3,5 mm namenjena je za karličnu i acetabularnu rekonstruktivnu hirurgiju	Nema kontraindikacija specifičnih za ova medicinska sredstva.
Standardni DHS lag zavrstanj sa LCP DHHS bočnom pločicom	<ul style="list-style-type: none"> – Pertrohanferske frakture tipa 31-A1 i 31-A2 – Međutrohanferske frakture tipa 31-A3 – Frakture osnove vrata 31-B (DHS zavrstanj zajedno sa antirotacionim zavrtnjem) – Suptrohanferske frakture 	<p>DHS se ne sme koristiti u slučajevima kod kojih postoji velika verovatnoća pojave:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Sepse – Primarni malignitet ili metastatski tumori – Osetljivost na materijal – Ugrožena vaskularnost

Sistemi	Indikacije	Kontraindikacije
Hirurška tehnika – VA LCP volarna pločica sa dva stuba za distalni radijus 2,4/2,7 mm, veoma duga	DePuy Synthes VA-LCP volarna pločica sa dva stuba za distalni radijus 2,4/2,7 mm, veoma duga, namenjena je za intraartikularne i ekstraartikularne frakture, osteotomije, nesjedinjenja i loša sjedinjenja distalnog radijusa, sa ili bez širenja u radijalnu dijafizu.	Nema kontraindikacija specifičnih za ova medicinska sredstva.
Kalkanealna pločica	Kalkanealne pločice se koriste za frakture kalkana. Kalkanealna pločica je indikovana za frakture i osteotomije kalkana, koje uključuju, između ostalog, ekstraartikularne i intraartikularne frakture, frakture sa depresijom zglobova i frakture tipa „jezika“.	Nema kontraindikacija specifičnih za ova medicinska sredstva.
Blokadna kalkanealna pločica	Blokadne kalkanealne pločice se koriste za složene frakture kalkana. Blokadna kalkanealna pločica indikovana je za frakture i osteotomije kalkana, koje uključuju, između ostalog, ekstraartikularne i intraartikularne frakture, frakture sa depresijom zglobova, frakture tipa „jezika“ i teško urušene frakture.	Nema kontraindikacija specifičnih za ova medicinska sredstva.
TomoFix	<p>TomoFix pločica za medijalno visoku tibiju i medijalno visoku tibiju kod nižeg rasta: Osteotomija otvorenog i zatvorenog klina medijalno-proksimalne tibije kod lečenja: – Medijalne ili lateralne gonartroze sa jednim odeljkom i lošim poravnanjem proksimalne tibije – Idiopatskog ili posttraumatskog varusnog ili valgusnog deformiteta proksimalne tibije</p> <p>TomoFix pločica za lateralno visoku tibiju: Osteotomija otvorenog i zatvorenog klina lateralno-proksimalne tibije kod lečenja: – Medijalne ili lateralne gonartroze sa jednim odeljkom i lošim poravnanjem proksimalne tibije – Idiopatskog ili posttraumatskog varusnog ili valgusnog deformiteta proksimalne tibije</p> <p>TomoFix pločica za lateralno-distalni femur: Osteotomija otvorenog i zatvorenog klina lateralno-distalnog femura kod lečenja: – Medijalne ili lateralne gonartroze sa jednim odeljkom i lošim poravnanjem distalnog femura – Idiopatskog ili posttraumatskog varusnog ili valgusnog deformiteta distalnog femura</p>	Zapaljenjski artritis
TomoFix medijalno-distalni femur (MDF)	Osteotomije zatvorenog klina medijalno-distalnog femura kod lečenja: – Lateralne gonartroze sa jednim odeljkom i valgusnim lošim poravnanjem distalnog femura – Idiopatskog ili posttraumatskog valgusnog deformiteta distalnog femura – Dodatne fiksacije složenih frakturnih distalnih femura	Zapaljenjski artritis
TomoFix medijalna visoka pločica za tibiju (MHT)	Osteotomije otvorenog i zatvorenog klina medijalno-proksimalne tibije kod lečenja: – Medijalne ili lateralne gonartroze sa jednim odeljkom i lošim poravnanjem proksimalne tibije – Idiopatskog ili posttraumatskog varusnog ili valgusnog deformiteta proksimalne tibije	Zapaljenjski artritis
VA-LCP sistem za povrede skočnog zgloba 2,7/3,5	<p>VA-LCP pločica za medijalno-distalnu tibiju 2,7/3,5 Indikovana je za složene intraartikularne i ekstraartikularne frakture distalne tibije.</p> <p>VA-LCP pločica za anteromedijalno-distalnu tibiju 2,7/3,5 Indikovana je za složene intraartikularne i ekstraartikularne frakture distalne tibije.</p> <p>VA-LCP pločica za anterolateralno-distalnu tibiju 2,7/3,5 Indikovana je za složene intraartikularne i ekstraartikularne frakture distalne tibije.</p> <p>VA-LCP pločica za lateralno-distalnu fibulu 2,7 Indikovane su za frakture i nesjedinjenja metafizne i dijafizne oblasti distalne fibule, posebno kod osteopenične kosti.</p> <p>VA-LCP posterolateralne L i T pločice 2,7 Indikovane su za podupiranje parcijalno artikularnih frakturnih fragmenta kostiju distalne tibije.</p>	Nema kontraindikacija specifičnih za ova medicinska sredstva.

Sistemi	Indikacije	Kontraindikacije
VA-LCP anteriorna pločica za ključnu kost	<ul style="list-style-type: none"> – Frakture osovine ključne kosti – Frakture lateralne ključne kosti – Loša sjedinjenja ključne kosti – Nesjedinjenja ključne kosti 	Nema kontraindikacija specifičnih za ova medicinska sredstva.
VA-LCP kondilarna pločica 4,5/5,0	Synthes VA-LCP sistem kondilarnih pločica 4,5/5,0 indikovan je za podupiranje frakturna distalnog femura sa više fragmenata koje uključuju: suprakondilarne, intraartikularne i ekstraartikularne kondilarne frakture, periprotetičke frakture, frakture normalne ili osteopenične kosti, nesjedinjenja i loša sjedinjenja.	Nema kontraindikacija specifičnih za ova medicinska sredstva.
VA-LCP pločice za distalni humerus 2,7/3,5	<ul style="list-style-type: none"> – Intraartikularne frakture distalnog humerusa – Suprakondilarne frakture distalnog humerusa – Nesjedinjenja distalnog humerusa – Osteotomije distalnog humerusa (npr. usled loših sjedinjenja, deformiteta) 	Nema kontraindikacija specifičnih za ova medicinska sredstva.
VA LCP® pločice za fuziju medijalnog stuba 3,5	DePuy Synthes VA LCP pločice za fuziju medijalnog stuba 3,5 indikovane su za deformitete, težak artritis i artroz medijalnog stuba koji se sastoji od prve metatarzalne, medijalne kuneiformne, navikularne i talusne kosti.	Nema kontraindikacija specifičnih za ova medicinska sredstva.
VA-LCP olekranonske pločice 2,7/3,5	<p>VA-LCP pločice za proksimalni olekranon</p> <ul style="list-style-type: none"> – Frakture proksimalnog olekranona – Osteotomije olekranona za terapiju frakture distalnog humerusa <p>VA-LCP olekranonske pločice</p> <ul style="list-style-type: none"> – Intraartikularne frakture olekranona koje uključuju frakture koje se šire u koronoid – Nesjedinjenja olekranona – Osteotomije olekranona (npr. usled loših sjedinjenja, deformiteta) <p>VA-LCP pločica za proksimalnu ulnu, ekstraartikularna</p> <ul style="list-style-type: none"> – Ekstraartikularne frakture proksimalne ulne – Nesjedinjenja proksimalne ulne – Osteotomije proksimalne ulne (npr. usled loših sjedinjenja, deformiteta) 	Nema kontraindikacija specifičnih za ova medicinska sredstva.
VA-LCP pločica za proksimalnu tibiju 3,5	Frakture proksimalne tibije kod odraslih i adolescenata sa zatvorenim pločama rasta koje uključuju <ul style="list-style-type: none"> – Proksimalno razdvajanje, depresiju ili frakture sa razdvajanjem i depresijom – Bikondilarne ili čisto metafizne frakture – Povezane frakture metafize ili osovine – Periprotetičke frakture 	Nema kontraindikacija specifičnih za ova medicinska sredstva.
VA blokadne kalkanealne pločice 2,7	Synthes blokadne kalkanealne pločice promenljivog ugla 2,7 indikovane su za intraartikularne i ekstraartikularne frakture kalkana, kao i za deformitete i loša sjedinjenja	Nema kontraindikacija specifičnih za ova medicinska sredstva.
VA-blokadni sistem za interkarpalnu fuziju	Indikovane su za fuziju malih kostiju šake, uključujući hamat, kapit, lunat i trikvetrum, kod revizije neuspelih parcijalnih fuzija ručnog zglobova, kao i za upotrebu kod pacijenata sa bolom i/ili gubitkom funkcije zbog: <ul style="list-style-type: none"> – Osteoartritis – Reumatoiodnog artritis – Posttraumatskog ili degenerativnog artritisa ručnog zglobova – Karpalne nestabilnosti 	Nema kontraindikacija specifičnih za ova medicinska sredstva.
LCP 1 · MTP pločice promenljivog ugla za fuziju 2,4/2,7	1 · MTP pločica promenljivog ugla za fuziju LCP sistema za prednji deo / sredinu stopala 2,4/2,7 indikovana je za deformacije prvog metatarzofalangnog (MTP) zglobova (haluks rigidus) i frakture, nesjedinjenja i replantacije prve metatarzalne kosti, posebno osteopenične.	Nema kontraindikacija specifičnih za ova medicinska sredstva.
LCP pločica promenljivog ugla za dorzalno-distalni radijus 2,4	LCP pločice promenljivog ugla za dorzalno-distalni radijus od 2,4 mm indikovane su za: <ul style="list-style-type: none"> – Dorzalno dislocirane frakture – Ekstraartikularne i intraartikularne frakture sa defektom metafize – Otvorenu rekonstrukciju zglobova – Kombinacija frakturna distalnog radijusa sa karpalnim i metakarpalnim frakturnama – Korektivne osteotomije nakon lošeg sjedinjenja distalnog radijusa 	Nema kontraindikacija specifičnih za ova medicinska sredstva.
LCP sistem promenljivog ugla za prednji deo / sredinu stopala 2,4/2,7	Ravne pločice za fuziju, T pločice za fuziju, L pločice za fuziju, pločice za fuziju u obliku lista deteline i X-pločice promenljivog ugla LCP sistema za prednji deo / sredinu stopala 2,4/2,7 indikovane su za frakture, deformacije, revizije i replantacije kostiju (npr. tarzalnih, metatarzalnih i falangnih) i fragmente kostiju, posebno osteopeničnih.	Nema kontraindikacija specifičnih za ova medicinska sredstva.

Sistemi	Indikacije	Kontraindikacije
LCP pločica promenljivog ugla sa mrežicom 2,4/2,7	Pločica sa mrežicom, deo LCP sistema promenljivog ugla za prednji deo / sredinu stopala 2,4/2,7, indikovana je za frakture, deformacije, težak osteoartritis, nesjedinenja i loša sjedinjenja u sprednjem i srednjem delu stopala, posebno kod osteopeničnih kostiju.	Nema kontraindikacija specifičnih za ova medicinska sredstva.
LCP pločice promenljivog ugla sa klinom sa otvorom 2,4/2,7	Pločica sa otvorenim klinom promenljivog ugla LCP sistema za prednji deo / sredinu stopala 2,4/2,7 indikovana je za deformacije (npr. haluks valgus), nesjedinenja i replantacije prve metatarzalne kosti, posebno osteopenične.	Nema kontraindikacija specifičnih za ova medicinska sredstva.
LCP tarzalne pločice promenljivog ugla 2,4/2,7	Synthes VA blokadne tarzalne pločice namenjene su za fiksaciju frakture, osteotomija, nesjedinenja, replantacija i fuzija kuboidnih i navikularnih kostiju, posebno kod osteopeničnih kostiju.	Nema kontraindikacija specifičnih za ova medicinska sredstva.
LCP TMT fuzione pločice promenljivog ugla 2,4/2,7	1 · TMT pločica za fuziju promenljivog ugla LCP sistema za prednji deo / sredinu stopala 2,4/2,7 indikovana je za deformacije prvog tarzometatarzalnog (TMT) (haluks valgus) i frakture, nesjedinenja i replantacije prve metatarzalne kosti, posebno osteopenične. TMT pločica za fuziju promenljivog ugla LCP sistema za prednji deo / sredinu stopala 2,4/2,7 indikovana je za deformacije drugog i trećeg tarzometatarzalnog (TMT) zglobovi i frakture, deformacija, nesjedinenja i replantacija druge i treće metatarzalne kosti, posebno osteopenične.	Nema kontraindikacija specifičnih za ova medicinska sredstva.
LCP pločica promenljivog ugla dvostrukog volarnog stuba za distalni radijus 2,4	LCP volarne pločice promenljivog ugla sa dva stuba za distalni radijus 2,4 indikovane su za fiksaciju intraartikularnih i ekstraartikularnih frakturnih i osteotomija distalnog radijusa.	Nema kontraindikacija specifičnih za ova medicinska sredstva.
LCP pločica promenljivog ugla volarnog ruba za distalni radijus 2,4	LCP volarne ekstraartikularne pločice promenljivog ugla za distalni radijus 2,4 indikovane su za fiksaciju intraartikularnih i ekstraartikularnih frakturnih i osteotomija distalnog radijusa.	Nema kontraindikacija specifičnih za ova medicinska sredstva.
Blokadni sistem promenljivog ugla za šaku	Sistem za blokadu šake promenljivog ugla indikovan je za lečenje frakture, deformiteta i degenerativnih bolesti šake.	Nema kontraindikacija specifičnih za ova medicinska sredstva.

CE
0123



Synthes GmbH
Eimattstrasse 3
4436 Oberdorf
Switzerland
Tel: +41 61 965 61 11
Fax: +41 61 965 66 00
www.depuysynthes.com