

---

# Návod na použitie

## Dlahové a skrutkové implantáty

Tento návod na použitie nie je určený na  
distribúciu v USA.

# Návod na použitie

Dlahové a skrutkové implantáty

Systémy pomôcok súvisiace s týmto návodom na použitie:

2,4 mm kanylovaná skrutka

Volárny extraartikulárny systém LCP na distálne vretenné kosti s variabilným uhlom 2,4 mm

2,4/2,7 mm zaistovacie tarzálné dlahy

Uhlové dlahy z čepeľou pre dospelých

Uhlové stabilné dlaha v tvaru X a dlaha s 2 otvormi

Kanylovaný pediatrický systém na osteotómiu (CAPOS)

Kanylované skrutky 3,0/3,5/4,0/4,5/6,5/7,0/7,0

Systémy DCP a LC-DCP

Systém DHS/DCS

Systém pre krčok stehennej kosti (FNS)

Zahĺbená kompresná skrutka (HCS) 1,5

Zahĺbená kompresná skrutka (HCS) 2,4/3,0

Zahĺbená kompresná skrutka (HCS) 4,5/6,5

Anterolaterálna LCP dlaha na distálne pŕšťalu 3,5

LCP dlaha s hákonom na klúčnu kost

LCP Compact – chodidlo/Compact – ruka

LCP Compact – ruka

LCP Compact – ruka 1,5

Kondylárná LCP dlaha 4,5/5,0

Systém LCP DHHS

Dia-Meta volárne LCP dlahy na distálne vretenné kosti

LCP dlahy na distálne ihlicu

LCP dlahy na distálne ramenné kosti

LCP systém na distálne vretenné kosti 2,4

LCP dlaha na distálne pŕšťalu

LCP dlaha na distálne laktovú kost

LCP extraartikulárna dlaha na distálne ramenné kosti

LCP dlaha s hákonom 3,5

Zaistovacia kompresná LCP dlaha

Mediálne LCP dlahy na distálne pŕšťalu s nízkym ohybom 3,5 mm

Mediálna LCP dlaha na proximálne pŕšťalu 3,5

Mediálna LCP dlaha na proximálne pŕšťalu 4,5/5,0

Metafyzéálna LCP dlaha na distálne mediálne pŕšťalu

Metafyzéálne LCP dlahy

LCP dlaha na laktový výbežok

Systém pediatrickej LCP dlahy

Periartikuálerna LCP dlaha na proximálne ramenné kosti 3,5

Posteromediálna LCP dlaha na proximálne pŕšťalu 3,5

LCP dlaha s hákonom na proximálne stehenné kosti 4,5/5,0

LCP dlaha na proximálne stehenné kosti 4,5/5,0

LCP dlahy na proximálne vretenné kosti 2,4

LCP dlaha na proximálne pŕšťalu 3,5

LCP dlaha na proximálne pŕšťalu 4,5/5,0 s nástrojmi periartikuárneho zameriacacieho ramena

Superoanteriorná LCP dlaha na klúčnu kost

Superiorná dlaha LCP na klúčnu kost

Systém LCP na osteotómiu laktovej oblasti 2,7

Jednostípcové volárne LCP dlahy na distálne vretenné kosti 2,4 mm

Súprava LCP na fúziu zápästia

LISS a LCP DF

LISS a LCP PLT

Zaistovacia upevňovacia dlaha

Skrutka s maticou na fúziu strednej časti chodidla s Ø 6,5 mm

Implantáty a nástroje pre panvu

PHILOS a PHILOS Long

PHILOS s možnosťou zväčšenia

Dlahy na kvadrilaterálne povrhy 3,5

Dlahy na korekciu rotácie 1,5 a 2,0

Sakrálne tyče

Systém skrutiek pri sklznutí hlavice epifízy stehennej kosti (SCFE)

Dlahy s pružinami 3,5

Štandardná vrtná skrutka DHS s bočnou LCP DHHS dlahou

Päťová dlaha

Zaistovacia päťová dlaha

TomoFix

TomoFix na mediálnu distálne stehennú kost (MDF)

Dlaha TomoFix na mediálnu vysokú pŕšťalu (MHT)

VA-LCP systém na traumu členka 2,7/3,5

VA-LCP anteriórna dlaha na klúčnu kost

VA-LCP kondylárná dlaha 4,5/5,0

VA-LCP distálne dlahy na ramennú kost 2,7/3,5

VA-LCP fúzne dlahy pre mediálny stípec 3,5

VA-LCP dlahy na laktový výbežok 2,7/3,5

VA-LCP dlaha na proximálnu pŕšťalu 3,5

VA zaistovacie päťové dlahy 2,7

VA zaistovací interkarpálny fúzny systém

Fúzne LCP dlahy na 1. metatarzofalangeálny kĺb s variabilným uhlom 2,4/2,7

Dorzálna LCP dlaha na distálne vretenné kosti s variabilným uhlom 2,4

Systém LCP na prednú/strednú časť chodidla s variabilným uhlom 2,4/2,7

Dlaha s mriežkou LCP s variabilným uhlom 2,4/2,7

Dlahy LCP na otvorené klinové zlomeniny s variabilným uhlom 2,4/2,7

Tarzálna LCP dlaha s variabilným uhlom 2,4/2,7

Tarzometatarzálna fúzne LCP dlahy s variabilným uhlom 2,4/2,7

Dvojstípcová volárna LCP dlaha na distálne vretenné kosti 2,4 s variabilným uhlom / Sterilná súprava na distálne vretenné kosti

Dvojstípcová volárna LCP dlaha na distálne vretenné kosti 2,4/2,7 s variabilným uhlom, extra dlhá

Volárna LCP dlaha na leme na distálne vretenné kosti s variabilným uhlom 2,4

Zaistovací systém pre ruku s variabilným uhlom

Pred použitím si dôkladne prečítajte tento návod na použitie a brožúru spoločnosti Synthes s názvom „Dôležité informácie“. Uistite sa, že dobre ovládate príslušnú chirurgickú techniku.

Dlahové a skrutkové implantáty sa skladajú z rôznych dláh a skrutiek určených na implantovanie, ktoré sú balené po jednej a dodávajú sa nesterilné a/alebo sterilné (zodpovedajúce číslo položky s príponou „S“), ako aj v sterilnej skúmavke (zodpovedajúce číslo položky s príponou „TS“).

Dôležité upozornenie pre zdravotníckych pracovníkov a personál operačných sál:  
Tento návod na použitie neobsahuje všetky informácie potrebné na výber a použitie zdravotníckej pomôcky. Prezrite si celé označenie, kde nájdete všetky potrebné informácie (príslušnú príručku chirurgickej techniky, dôležité informácie a označenie pre konkrétnu pomôcku).

## Materiály

Materiály:

Normy:

Nehrdzavejúca oceľ – 316L

ISO 5832-1

Nehrdzavejúca oceľ – 22-13-5

ASTM F 1314

TiCP

ISO 5832-2

Zliatina CoCrMo

ISO 5832-12

Titánová zliatina:

Ti-6Al-7Nb (TAN)

ISO 5832-11

Ti-6Al-4V (TAV)

ISO 5832-3

Ti-15Mo

F 2066

## Ciel použitia

Dlahové a skrutkové implantáty sú určené na dočasnú fixáciu, korekciu alebo stabilizáciu kostí v rôznych anatomických oblastiach.

## Indikácie

Pozrite si tabuľku na konci tohto návodu na použitie.

## Kontraindikácie

Pozrite si tabuľku na konci tohto návodu na použitie.

## Možné riziká

Tak ako pri všetkých veľkých chirurgických zákrokoch, môžu sa vyskytnúť riziká, vedľajšie účinky a nežiaduce udalosti. Môžu sa vyskytnúť mnohé možné reakcie, no medzi najčastejšie patria:

problémy vyplývajúce z anestézie a polohovania pacienta (napr. nevolnosť, vracanie, poškodenie chrupu, neurologické poruchy atď.), trombóza, embólia, infekcia, nadmerné krvácanie, iatrogénne poškodenie nervov alebo ciev, poškodenie mäkkých tkániv vrátane opuchu, vznik abnormálnej jazvy, funkčné poškodenie svalovo-kostrovej sústavy, Sudeckov syndróm, alergické reakcie/reakcie z precitlivenosti a vedľajšie účinky spojené s prominenciou implantátov, zlým hojením zlomeniny, nezhojením zlomeniny.

## Sterilná pomôcka

**STERILE R** Sterilizované pomocou ožarovania

Implantáty uchovávajte v pôvodnom ochrannom obale a vyberte ich z neho až bezprostredne pred použitím. Ak je balenie poškodené, výrobok nepoužívajte. Pred použitím skontrolujte dátum expirácie výrobku a skontrolujte neporušenosť sterilného balenia. Pomôcku nepoužívajte, ak je balenie poškodené alebo uplynul dátum expirácie.

 Opakovane nesterilizujte

Implantovateľné pomôcky označené symbolom „Nesterilizujte opakovane“ sa nesmú opakovane sterilizovať, pretože opakovana sterilizácia môže poškodiť štrukturálnu celistvosť pomôcky alebo môže viesť k zlyhaniu pomôcky. Opakovana sterilizácia implantovateľných pomôćok môže spôsobiť, že produkt nebude sterilný alebo nebude splňať špecifikácie výkonu, prípadne môže dôjsť k pozmeneniu vlastností materiálu.

## Jednorazová pomôcka

 Opakovane nepoužívajte

Označenie zdravotníckej pomôcky určenej na jedno použitie alebo na použitie u jedného pacienta pri jednom zákroku.

Opakovane použitie alebo klinická príprava na opakovane použitie (napr. čistenie a opakovana sterilizácia) môžu poškodiť štrukturálnu celistvosť pomôcky alebo viesť k zlyhaniu pomôcky, čo môže viesť k poraneniu, ochoreniu alebo smrti pacienta. Okrem toho môže opakovane použitie alebo príprava na opakovane použitie pomôćok určených na jedno použitie vytvárať riziko kontaminácie, napr. z dôvodu prenosu infekčného materiálu z jedného pacienta na iného. Môže to viesť k poraneniu alebo smrti pacienta alebo používateľa.

Kontaminované implantáty sa nesmú prípravovať na opakovane použitie. Akýkoľvek implant spoločnosti Synthes, ktorý bol kontaminovaný krvou, tkanicom alebo telesnými tekutinami/látkami, sa nikdy nemá používať opakovane a je potrebné s ním manipulovať v súlade s nemocničným protokolom. Hoci sa môže zdá, že implantáty nie sú poškodené, môžu na nich byt malé chyby a môžu vyzkazovať vnútorné poškodenia, ktoré môžu spôsobovať únavu materiálu.

## Bezpečnostné opatrenia

Všeobecné bezpečnostné opatrenia si pozrite v časti „Dôležité informácie“.

Bezpečnostné opatrenia pre špecifické aplikácie dlahových a skrutkových implantátov si musíte prečítať v príslušnej príručke chirurgickej techniky ([www.depuySynthes.com/ifu](http://www.depuySynthes.com/ifu)) pre produktový systém, ktorý sa má použiť.

## Výstrahy

Všeobecné výstrahy si pozrite v časti „Dôležité informácie“.

Výstrahy pre špecifické aplikácie dlahových a skrutkových implantátov si musíte prečítať v príslušnej príručke chirurgickej techniky ([www.depuySynthes.com/ifu](http://www.depuySynthes.com/ifu)) pre produktový systém, ktorý sa má použiť.

## Kombinácia zdravotníckych pomôćok

Spoločnosť Synthes netestovala kompatibilitu s pomôćkami iných výrobcov a v takýchto prípadoch nepreberá žiadnu zodpovednosť.

## Prostredie magnetickej rezonancie

Ak pomôcka bola hodnotená z hľadiska použitia v prostredí MR, informácie o zobrazovaní pomocou MR budú dostupné v príručke chirurgickej techniky na adrese [www.depuySynthes.com/ifu](http://www.depuySynthes.com/ifu).

## Úprava pred použitím pomôcky

Výrobky spoločnosti Synthes dodávané v nesterilnom stave sa musia pred chirurgickým použitím očistiť a sterilizovať parou. Pred čistením odstráňte všetky pôvodné obaly. Pred sterilizačiou parou vložte výrobok do schváleného obalu alebo nádoby. Postupujte v súlade s pokynmi na čistenie a sterilizáciu uvedenými v brožúre spoločnosti Synthes s názvom „Dôležité informácie“.

## Klinická príprava na použitie/opakovane použitie pomôcky

Podrobne pokyny týkajúce sa prípravy na použitie implantátov a opakovane použitie pomôćok na opakovane použitie, podnosov a nádob na nástroje sú opísané v brožúre spoločnosti Synthes „Dôležité informácie“. Pokyny týkajúce sa montáže a demontáže nástrojov „Demontáž nástrojov pozostávajúcich z viacerých častí“ si môžete prevziať z webovej stránky <http://emea.depuySynthes.com/hcp/reprocessing-care-maintenance>.

Systémy	Indikácie	Kontraindikácie
<b>2,4 mm kanylovaná skrutka</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- intraartikulárne zlomeniny karpálnych, metakarpálnych, tarzálnych a metatarzálnych kostí</li><li>- fixácia malých kostrných fragmentov</li><li>- bunionektómie a osteotómie</li><li>- artrodézy malých klbov</li></ul>	Neexistujú kontraindikácie špecifické pre tieto pomôcky.
<b>Volárny extraartikulárny systém LCP na distálnu vretennú kost s variabilným uhlom 2,4 mm</b>	Volárne extraartikulárne dlahy LCP na distálnu vretennú kost s variabilným uhlom 2,4 mm sú indikované na fixáciu intraartikulárnych a extraartikulárnych zlomenín a osteotómii distálnej časti vretennej kosti.	Neexistujú kontraindikácie špecifické pre tieto pomôcky.
<b>2,4/2,7 mm zaistovacie tarzálné dlahy</b>	2,4 mm/2,7 mm zaistovacie tarzálné dlahy od spoločnosti Synthes sú určené na fixáciu zlomenín, osteotómii, nezhojení, replantácií a fúzii kockovitých, tarzálnych a člankovitých kostí, najmä v osteopenickej kosti.	Neexistujú kontraindikácie špecifické pre tieto pomôcky.
<b>Uhlová dlaha s čepelou pre dospelých</b>	<b>Uhlová dlaha 130° s čepelou</b> Zlomeniny a revízie proximálnej tretiny stehennej kosti u skeletálne dospelých pacientov.	Neexistujú kontraindikácie špecifické pre tieto pomôcky.
	<b>Kondylárne dlahy, 95°</b> Zlomeniny a revízie proximálnej a distálnej tretiny stehennej kosti u skeletálne dospelých pacientov.	
	<b>Dlahy na osteotómii 90°/100°/110°/120°/130°</b> Bedrové dlahy na osteotómie v proximálnej časti stehennej kosti u skeletálne dospelých pacientov.	

Systémy	Indikácie	Kontraindikácie
<b>Uhlovo stabilná dlaha v tvare X a dlaha s 2 otvormi</b>	<p><b>Dlaha v tvare X na artrodézu</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- MTP</li> <li>- MTC</li> <li>- talonavikulárny klb</li> <li>- kalkaneokuboidný klb</li> </ul> <p><b>Proximálne osteotómie</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kosákovité</li> <li>- Ludloffove</li> <li>- Mauho</li> <li>- otvorené klinové</li> <li>- zatvorené klinové</li> </ul> <p><b>Päťové osteotómie/zlomeniny</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- jednotlivé</li> <li>- viacfragmentové</li> </ul> <p><b>Dlaha s 2 otvormi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Akinova osteotómia</li> </ul>	Neexistujú kontraindikácie špecifické pre tieto pomôcky.
<b>Kanylovany pediatricky systém na osteotómiu (CAPOS)</b>	<p>Systém CAPOS je indikovaný na použitie u dojčiat, batoliat, detí, dospelajúcich a dospelých pacientov s malou postavou.</p> <p><b>Konkrétnie indikácie:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- intertrochanterická derotácia a varázne osteotómie</li> </ul> <p><b>Dlahy na osteotómiu</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- miniatúrna bedrová dlaha pre dojčatá, bedrová dlaha pre dojčatá 3,5, 90°, bedrová dlaha pre deti 3,5, 90°, bedrová dlaha pre deti 4,5, bedrová dlaha 80°, 90° a 100° (dospievajúci)</li> <li>- dlahy na intertrochanterické valgózne osteotómie</li> <li>- 95° kondylárne dlahy (dospievajúci a dospelí s malou postavou)</li> <li>- zlomeniny krčka stehennej kosti a pertrochanterické zlomeniny</li> <li>- dlahy – uhlové dlahy 130° s čepelou (dospievajúci a dospelí s malou postavou)</li> </ul>	Neexistujú kontraindikácie špecifické pre tieto pomôcky.
<b>Kanylované skrutky</b> <b>3,0/3,5/4,0/4,5/ 6,5/7,0/7,3</b>	<p><b>CSS 3,0</b></p> <p>Fixácia zlomenín predlaktia, ruky a chodidla, napr.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zlomeniny a artrodézy karpálnych a metakarpálnych kostí</li> <li>- zlomeniny distálnej časti a hlavice vretennej kosti</li> <li>- zlomeniny metatarzálnych kostí</li> </ul> <p><b>CSS 3,5</b></p> <p>Fixácia zlomenín s malými fragmentmi, napr.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zlomeniny zápästia</li> <li>- zlomeniny metakarpálnych a metatarzálnych kostí a fixácia pri metakarpálnych a metatarzálnych osteotómiah</li> <li>- zlomeniny tarzálnych kostí</li> <li>- transkondylárne zlomeniny ramennej kosti u detí</li> </ul> <p><b>CSS 4,0</b></p> <p>Fixácia zlomenín so stredne veľkými fragmentmi, napr.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zlomeniny tarzálnych a metatarzálnych kostí a fixácia pri metatarzálnych a falangeálnych osteotómiah</li> <li>- tarzometatarzálna a metatarzofalangeálna artrodéza</li> <li>- fixácie väzov</li> <li>- korekcie vbočeného palca</li> </ul> <p><b>CSS 4,5</b></p> <p>Fixácia zlomenín so stredne veľkými fragmentmi, napr.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- maleolárne zlomeniny</li> <li>- zlomeniny pilónu pišťaly</li> <li>- zlomeniny päty a členkovej kosti</li> <li>- zlomeniny tibialného plató</li> <li>- karpálna a tarzálna artrodéza</li> </ul> <p><b>CSS 6,5, 7,0 a 7,3</b></p> <p>Fixácia zlomenín s veľkými fragmentmi, napr.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zlomeniny krčka stehennej kosti</li> <li>- interkondylárne zlomeniny stehennej kosti</li> <li>- epifyzeolýza hlavice stehennej kosti</li> <li>- artrodézy členka</li> <li>- iliosakrálné dislokácie</li> </ul>	Neexistujú kontraindikácie špecifické pre tieto pomôcky.

Systémy	Indikácie	Kontraindikácie
<b>Systémy DCP a LC-DCP</b>	Táto chirurgická technika sa týka systémov a radov dláh DCP a LC-DCP od spoločnosti Synthes uvedených nižšie:	Neexistujú kontraindikácie špecifické pre tieto pomôcky.
	<b>Systém pre miniatúrne fragmenty 1,5, 2,0, 2,7</b> – zlomeniny stredných a distálnych článkov prstov a tarzálnych kostí – zlomeniny metakarpálnych a metatarzálnych kostí – osteotómie a artrodézy na ruke a chodidle – zlomeniny distálnej časti vretennej kosti (technika dvojitej dlahy)	
	<b>Compact – ruka 1,0, 1,3, 1,5, 2,0, 2,4</b> Veľkosti implantátov 1,0/1,3: – fixácia malých fragmentov – zlomeniny distálnych a stredných článkov prstov – avulzné zlomeniny Veľkosti implantátov 1,5: – zlomeniny článkov prstov a metakarpálnych kostí – zachytenie fragmentov technikou vŕtnej skrutky Veľkosti implantátov 2,0/2,4: – zlomeniny článkov prstov a metakarpálnych kostí – zachytenie fragmentov technikou vŕtnej skrutky	
	<b>Štvorlistkové dlahy 3,5</b> – distálna časť pišťaly pri triestivých zlomeninách na oporu mediálnej strany – proximálna časť ramennej kosti pri triestivých zlomeninách hlavice ramennej kosti	
	<b>Jednotretinová tubulárna dlaha 3,5</b> – zlomeniny kostí menší veľkosť ako ihlica, ramenná kost a laktová kost.	
	<b>Dlaha LC-DCP 3,5, dlaha DCP 3,5, dlaha v tvare T 3,5</b> – fixácia zlomením a fixácia napríklad po osteotómiach, zlom zhojení, nezhojení, okrem iného vrátane distálnej časti vretennej kosti, proximálnej a distálnej časti pišťaly, proximálnej časti stehennej kosti a kľúčnej kosti.	
	<b>Dlaha LC-DCP 4,5, dlaha DCP 4,5, dlaha v tvare T 4,5, oporná dlaha v tvare T 4,5, oporná dlaha v tvare L 4,5</b> – zlomeniny a osteotómie veľkých kostí, ako je stehenná kost, pišťala a ramenná kost	
	<b>Polovičná tubulárna dlaha 4,5</b> – zlomeniny a osteotómie kostí menší veľkosť, ako je ramenná kost, vretenná kost, laktová kost, kľúčna kost, ihlica, pišťala a panva	
	<b>Kondylárna oporná dlaha 4,5</b> – opora viacfragmentových zlomenín distálnej časti stehennej kosti – suprakondylárne zlomeniny – intraartikulárne a extraartikulárne kondylárne zlomeniny – zlé zhojenia a nezhojenia distálnej časti stehennej kosti – periprotetické zlomeniny	
	<b>Laterálna oporná dlaha na hlavicu pišťaly 4,5</b> – indikovaná na stabilizáciu zlomenín proximálnej časti pišťaly. Zahrňajú zlomeniny proximálnej časti diafízy, metafyzálne zlomeniny, intraartikulárne zlomeniny, periprotetické zlomeniny.	
	<b>Dlaha na proximálnu pišťalu 4,5</b> Indikovaná pri nezhojení, zlom zhojení a zlomeninách proximálnej časti pišťaly vrátane jednoduchých, triestivých, laterálnych klinových, depresných, mediálnych klinových a bikondylárnych zlomenín a kombinácií laterálnych klinových a depresných zlomenín.	
<b>Systém DHS/DCS</b>	<b>Systém DHS</b> zahrňajúci všetky kombinácie skrutky DHS, čepele DHS, dlahy DHS s otvormi DCP, dlahy LCP DHS a dlahy LCP DHS s golierom.  <b>Indikácie DHS</b> – pertrochanterické zlomeniny typu 31-A1 a 31-A2 – intertrochanterické zlomeniny typu 31-A3 – bazilárne zlomeniny krčka 31-B (skrutka DHS v spojení s antirotačnou skrutkou) – subtrochanterické zlomeniny  <b>Indikácie pre dlahu na stabilizáciu trochantera LTSP/ULTSP/TSP</b> – nestabilné pertrochanterické zlomeniny typu 31-A2 a 31-A3, najmä viacfragmentové zlomeniny s oddeleným alebo pozdĺžne rozdeleným veľkým trochanterom  <b>Indikácie DCS</b> – proximálna časť stehennej kosti: veľmi proximálne umiestnené, čisto subtrochanterické zlomeniny typu 32-A a 32-B – distálna časť stehennej kosti: zlomeniny typu 33-A (extraartikulárne, suprakondylárne) a zlomeniny typu 33-C (plne artikulárne zlomeniny)	<b>Kontraindikácie DHS</b> DHS sa nemá používať v prípadoch veľkého výskytu týchto stavov: – sepsa – maligne primárne alebo metastatické tumory – citlivosť na materiál – narušené cievne zásobenie  <b>Kontraindikácie DCS</b> – pertrochanterické zlomeniny alebo trochanterické zlomeniny so subtrochanterickým rozšírením (31-A3)

Systémy	Indikácie	Kontraindikácie
<b>Systém pre krčok stehennej kosti (FNS)</b>	Zlomeniny krčka stehennej kosti (typ 31-B podľa AO)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pertrochanterické zlomeniny (typ 31-A1 a 31-A2 podľa AO)</li> <li>- intertrochanterické zlomeniny (typ 31-A3 podľa AO)</li> <li>- subtrochanterické zlomeniny</li> </ul>
		Tento systém sa ďalej nemá používať v prípadoch veľkého výskytu nasledujúcich stavov: <ul style="list-style-type: none"> <li>- sepsa</li> <li>- maligne primárne alebo metastaticke tumory</li> <li>- citlivosť na materiál</li> <li>- narušené cievne zásobenie</li> </ul>
<b>Zahĺbená kompresná skrutka (HCS) 1,5</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- fixácia intraartikulárnych a extraartikulárnych zlomenín a nezhojenia malých kostí a malých kostných fragmentov</li> <li>- artrodéza malých kĺbov</li> <li>- osteochondrálnie zlomeniny</li> <li>- osteotómie</li> <li>- avulzné zlomeniny</li> </ul>	Neexistujú kontraindikácie špecifické pre tieto pomôcky.
<b>Zahĺbená kompresná skrutka (HCS) 2,4/3,0</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- fixácia intraartikulárnych a extraartikulárnych zlomenín a nezhojenia malých kostí a malých kostných fragmentov</li> <li>- artrodézy malých kĺbov</li> <li>- bunionektomie a osteotómie</li> </ul> <p>Medzi príklady okrem iného patria člunkovitá kost a iné karpálne kosti, metakarpálne kosti, tarzálné a metatarzálné kosti, patela, bodcovitý výbežok laktóvej kosti, hlavička, hlava vretennej kosti a bodcovitý výbežok vretennej kosti.</p>	Neexistujú kontraindikácie špecifické pre tieto pomôcky.
<b>Zahĺbená kompresná skrutka (HCS) 4,5/6,5</b>	<p><b>HCS 4,5</b>  Zlomeniny, osteoartritída alebo deformity malých až veľkých kostí.  Príklady:  <ul style="list-style-type: none"> <li>- päta</li> <li>- talus</li> <li>- metatarzus</li> <li>- distálna a proximálna časť písťaly</li> <li>- distálna časť stehennej kosti</li> <li>- proximálna časť ramennej kosti</li> </ul> </p> <p><b>HCS 6,5</b>  Zlomeniny, osteoartritída alebo deformity malých až veľkých kostí.  Príklady:  <ul style="list-style-type: none"> <li>- päta</li> <li>- talus</li> <li>- distálna a proximálna časť písťaly</li> <li>- distálna časť stehennej kosti</li> </ul> </p>	Neexistujú kontraindikácie špecifické pre tieto pomôcky.
<b>Anterolaterálna LCP dlaha na distálnu písťalu 3,5</b>	Anterolaterálna LCP dlaha na distálnu písťalu 3,5 je indikovaná v týchto prípadoch: <ul style="list-style-type: none"> <li>- extraartikulárne a jednoduché intraartikulárne zlomeniny distálnej časti písťaly</li> <li>- zlomenina distálnej časti písťaly, perkutánna alebo redukovateľná obmedzenou artrotómiou</li> <li>- zlomenina distálnej časti písťaly rozširujúca sa do diafyzeálnej oblasti</li> </ul>	Neexistujú kontraindikácie špecifické pre tieto pomôcky.
<b>LCP dlaha s hákom na kľúčnu kost</b>	- zlomeniny laterálnej časti kľúčnej kosti: Typ Neer II alebo typ Jäger a Breitner II - dislokácia akromioklavikulárneho kĺbu Typ: Tossy III alebo Rockwood III až V	<ul style="list-style-type: none"> <li>- stabilné zlomeniny laterálnej časti kľúčnej kosti</li> <li>- typ Tossy I a II</li> <li>- typ Rockwood I a II</li> <li>- akútная infekcia</li> </ul>
<b>LCP Compact – chodidlo/Compact – ruka</b>	<p><b>Medzi indikácie pre implantáty veľkosti 2,0 a 2,4 patria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zlomeniny článkov prstov</li> <li>- zlomeniny metakarpálnych a metatarzálnych kostí (II – V)</li> <li>- zlomeniny distálnej časti vretennej kosti (technika dvojitej dlahy)</li> <li>- osteotómie a artrodézy na ruke a chodidle (napr. tarzometatarzálné [II – V] fúzie)</li> <li>- subkapitálna zlomenina hlavice vretennej kosti</li> <li>- ako doplnkový implantát pri malých fragmentoch</li> </ul> <p><b>Medzi indikácie pre implantáty veľkosti 2,7 patria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zlomeniny metatarzálnej kosti I</li> <li>- zlomeniny tarzálnych kostí</li> <li>- fúzie 1. metatarzofalangeálneho kĺbu</li> <li>- osteotómie a artrodézy tarzálnych kostí (napr. kalkaneokuboidná fúzia)</li> </ul>	Neexistujú kontraindikácie špecifické pre tieto pomôcky.

Systémy	Indikácie	Kontraindikácie
<b>LCP Compact – ruka</b>	<p><b>Compact – ruka 1,0/1,3</b></p> <p><b>Všeobecné:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– fixácia malých fragmentov</li> <li>– avulzné zlomeniny a zlomeniny distálnych a stredných článkov prstov</li> </ul> <p><b>Rovná dlaha:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– zlomeniny diafýz článkov prstov</li> </ul> <p><b>Rozopretá dlaha:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– triestivé zlomeniny a replantácie stredných alebo proximálnych článkov prstov Dlahy v tvare T a</li> </ul> <p><b>Dlaha v tvare Y:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– kondylárne zlomeniny článkov prstov</li> </ul> <p><b>Jednotlivé krtikálne skrutky:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– zachytenie fragmentov technikou vŕtnej skrutky</li> </ul> <p><b>LCP Compact – ruka 1,5</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– fixácia zlomeniny článkov prstov a metakarpálnych kostí</li> <li>– osteotómie</li> <li>– artrodézy</li> <li>– replantácie a rekonštrukcie článkov prstov a metakarpálnych kostí, najmä v osteopenickej kosti</li> </ul> <p><b>LCP Compact – ruka 2,0</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– zlomeniny článkov prstov, metakarpálnych kostí a kostí zápästia</li> <li>– osteotómie a artrodézy interfalangeálnych kľbov</li> <li>– zlomeniny distálnej časti vretennej kosti (technika dvojitej dlahy)</li> <li>– subkapitálne zlomeniny hlavice vretennej kosti</li> </ul> <p><b>LCP Compact – ruka 2,4</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– zlomeniny metakarpálnych kostí a kostí zápästia</li> <li>– zlomeniny distálnej časti vretennej kosti (technika dvojitej dlahy)</li> <li>– osteotómie a artrodézy na ruke</li> <li>– subkapitálne zlomeniny hlavice vretennej kosti</li> </ul>	Neexistujú kontraindikácie špecifické pre tieto pomôcky.
<b>LCP Compact – ruka 1,5</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– fixácia zlomeniny článkov prstov a metakarpálnych kostí</li> <li>– osteotómie</li> <li>– artrodézy</li> <li>– replantácie a rekonštrukcie článkov prstov a metakarpálnych kostí, najmä v osteopenickej kosti</li> </ul>	Neexistujú kontraindikácie špecifické pre tieto pomôcky.
<b>Kondylárna LCP dlaha 4,5/5,0</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– opora viacfragmentových zlomenín distálnej časti stehennej kosti</li> <li>– suprakondylárne zlomeniny</li> <li>– intraartikulárne a extraartikulárne kondylárne zlomeniny</li> <li>– zlé zhodenia a nezhodenia distálnej časti stehennej kosti</li> <li>– periprotetické zlomeniny</li> <li>– zlomeniny v normálnej alebo osteopenickej kosti</li> </ul>	Neexistujú kontraindikácie špecifické pre tieto pomôcky.
<b>Systém LCP DHHS</b>	<p>Systém LCP DHHS je indikovaný pri týchto zlomeninách proximálnej časti stehennej kosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– intertrochanterické zlomeniny</li> <li>– bazilárne zlomeniny krčka</li> <li>– pertochanterické zlomeniny</li> </ul> <p>Systém LCP DHHS je indikovaný pri stabilných a nestabilných zlomeninách, pri ktorých možno rekonštruovať stabilnú mediálnu oporu.</p>	Neexistujú kontraindikácie špecifické pre tieto pomôcky.
<b>Dia-Meta volárne LCP dlahi na distálnu vretennú kost</b>	Dia-Meta volárne LCP dlahi na distálnu vretennú kost sú indikované pri zlomeninách, osteotómiach a nezhodeniaciach vretennej kosti.	Neexistujú kontraindikácie špecifické pre tieto pomôcky.
<b>LCP dlahi na distálnu ihlicu</b>	LCP dlahi na distálnu ihlicu sú určené na fixáciu zlomenín, osteotómií a nezhodenia metafyzeálnej a diafyzeálnej oblasti distálnej časti ihlice, najmä v osteopenickej kosti.	Neexistujú kontraindikácie špecifické pre tieto pomôcky.
<b>LCP dlahi na distálnu ramennú kost</b>	<p>Indikácie pre dlahu na distálnu ramennú kost</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– intraartikulárne zlomeniny distálnej časti ramennej kosti</li> <li>– suprakondylárne zlomeniny distálnej časti ramennej kosti</li> <li>– nezhodenia distálnej časti ramennej kosti</li> </ul>	<p>(pre DHP a metafyzeálnu dlahu)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– akútne infekcie</li> <li>– deti v rastovej fáze</li> </ul>
<b>LCP systém na distálnu vretennú kost 2,4</b>	Posunuté extraartikulárne a intraartikulárne zlomeniny distálnej časti vretennej kosti a korekčné osteotómie distálnej časti vretennej kosti.	Neexistujú kontraindikácie špecifické pre tieto pomôcky.
<b>Dorzálny prístup</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>– dorzálnie posunuté zlomeniny</li> <li>– extraartikulárne zlomeniny s metafyzeálnym defektom (klasifikácia AO 23-A3)</li> <li>– otvorená rekonštrukcia kĺbu (klasifikácia AO 23-C1, C2, C3)</li> <li>– kombinácia zlomenín distálnej časti vretennej kosti a karpálnych a metakarpálnych kostí</li> <li>– korekčné osteotómie Palmárny prístup – Reverzná Bartonova metóda</li> <li>– palmárne posunuté extraartikulárne zlomeniny (Goyrand-Smith)</li> <li>– dorzálnie posunuté extraartikulárne (Colles) a artikulárne zlomeniny</li> <li>– extraartikulárne zlomeniny s rozšírením do diafýzy (extra dlhé dlahy)</li> </ul>		

Systémy	Indikácie	Kontraindikácie
<b>LCP dlaha na distálnu pišťalu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– extraartikulárne a jednoduché intraartikulárne zlomeniny distálnej časti pišťaly</li> <li>– zlomeniny distálnej časti pišťaly, perkutánne alebo redukovaťeľné obmedzenou artrotómiou</li> <li>– zlomenina distálnej časti pišťaly rozšírujúca sa do diafyeálnej oblasti</li> </ul>	Neexistujú kontraindikácie špecifické pre tieto pomôcky.
<b>LCP dlaha na distálnu laktovú kost</b>	<p>Zlomeniny distálnej časti laktovej kosti, ktorých následkom je nestabilita distálneho rádioulárneho klbu.</p> <p>Zlomeniny hlavice laktovej kosti, pri ktorých je kľový povrch bud posunutý, otocený, alebo naklonený.</p> <p>Triešťivé extraartikulárne zlomeniny krčka laktovej kosti ohrozujúce stabilnú kongruenciu distálneho rádioulárneho klbu.</p>	Neexistujú kontraindikácie špecifické pre tieto pomôcky.
<b>LCP extraartikulárna dlaha na distálnu ramennú kost</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– extraartikulárne zlomeniny distálnej časti ramennej kosti</li> <li>– zlé zhodenia distálnej časti ramennej kosti</li> <li>– nezhodenia distálnej časti ramennej kosti</li> </ul>	Neexistujú kontraindikácie špecifické pre tieto pomôcky.
<b>LCP dlaha s hákom 3,5</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– jednoduché zlomeniny laktového výbežku (typy 21-B1, 21-B3, 21-C1 podľa AO)</li> <li>– osteotómie laktového výbežku na liečbu zlomeniny distálnej časti ramennej kosti</li> <li>– avulzné zlomeniny distálnej časti pišťaly a ihlice</li> </ul>	Neexistujú kontraindikácie špecifické pre tieto pomôcky.
<b>Zaistovacia kompresná LCP dlaha</b>	<p><b>Dlahy pre malé fragmenty (3,5)</b></p> <p><b>LCP dlahy 3,5</b></p> <p>Fixácia malých kostných fragmentov pomocou piatich štandardných príncipov použitia dláh podľa AO (oporná dlaha, neutralizačná dlaha, tenzná pásová dlaha, mostíková dlaha, kompresná dlaha).</p> <p><b>LCP rekonštrukčné dlahy 3,5</b></p> <p>Fixácia malých kostných fragmentov pomocou piatich štandardných príncipov použitia dláh podľa AO (oporná dlaha, neutralizačná dlaha, tenzná pásová dlaha, mostíková dlaha, kompresná dlaha).</p> <p><b>LCP dlahy v tvare T 3,5</b></p> <p>Fixácia malých kostných fragmentov pomocou piatich štandardných príncipov použitia dláh podľa AO (oporná dlaha, neutralizačná dlaha, tenzná pásová dlaha, mostíková dlaha, kompresná dlaha). Fixácia zlomením a fixácia po osteotómiách, zlom zhodení, nezhodení, okrem iného vrátane distálnej časti vretennej kosti, proximálnej a distálnej časti pišťaly, proximálnej časti ramennej kosti a klúčnej kosti.</p> <p><b>LCP jednotretinové tubulárne dlahy 3,5</b></p> <p>LCP jednotretinové tubulárne dlahy 3,5 sú indikované pri zlomeninách dlhých a krátkych kostí. Dlhá sa má používať iba na účely rozloženia záťaže, napr. ako opora, tenzný pás, na neutralizáciu alebo kompresiu.</p> <p><b>LCP metafyzeálne dlahy 3,5</b></p> <p>LCP metafyzeálne dlahy sú indikované na fixovanie extraartikulárnych zlomenín v metafyzeálnej oblasti, ktoré sa môžu rozšíriť do oblasti diafýzy. 3,5 mm dlahy sú indikované na fixovanie zlomenín distálnej časti ramennej kosti a distálnej časti ihlice.</p> <p><b>Dlahy na veľké fragmenty (4,5/5,0)</b></p> <p><b>LCP metafyzeálne dlahy 3,5/4,5/5,0</b></p> <p>LCP metafyzeálne dlahy sú indikované pri extraartikulárnych zlomeninách v metafyzeálnej oblasti, ktoré sa rozširujú do oblasti diafýzy.</p> <p>Dlahy 4,5/5,0 sú indikované na fixovanie zlomenín proximálnej časti ramennej kosti a distálnej časti pišťaly.</p> <p><b>LCP 4,5/5,0 úzke dlahy</b></p> <p><b>LCP dlahy v tvare T 4,5/5,0</b></p> <p><b>LCP 4,5/5,0 široké dlahy</b></p> <p><b>LCP 4,5/5,0 široké klenuté dlahy</b></p> <p><b>LCP rekonštrukčné dlahy 4,5/5,0</b></p> <p>Vo všeobecnosti sú generické dlahy a nástroje LCP (veľké fragmenty) indikované na osteosyntézu zlomenín stehennej kosti, pišťaly, ramennej kosti a panvy v proximálnych, distálnych a diafyzeálnych oblastiach.</p>	Neexistujú kontraindikácie špecifické pre tieto pomôcky.
<b>Mediálne LCP dlahy na distálnu pišťalu s nízkym ohybom 3,5 mm</b>	LCP dlahy na mediálnu distálnu pišťalu s nízkym ohybom od spoločnosti Synthes sú indikované na fixáciu komplexných intraartikulárnych a extraartikulárnych zlomenín a osteotómií distálnej časti pišťaly ako súčasť systému LCP pre malé fragmenty od spoločnosti Synthes.	Neexistujú kontraindikácie špecifické pre tieto pomôcky.
<b>Mediálna LCP dlaha na proximálnu pišťalu 3,5</b>	LCP dlahy na mediálnu proximálnu pišťalu 3,5 sú indikované na oporu metafyzeálnych zlomenín mediálneho plátu pišťaly, zlomenín mediálneho plátu pišťaly štiepnego typu, mediálnych štiepných zlomenín so súvisiacimi depresiami a štiepných alebo depresných zlomenín mediálneho plátu pišťaly. Dlahy možno použiť aj na fixáciu proximálnej štvrtiny (laterálnej a mediálnej) pišťaly, ako aj na segmentálnych zlomenin proximálnej časti pišťaly.	Neexistujú kontraindikácie špecifické pre tieto pomôcky.

Systémy	Indikácie	Kontraindikácie
<b>Mediálna LCP dlaha na proximálnu píšťalu 4,5/5,0</b>	<p>LCP dlahy na mediálnu proximálnu píšťalu 4,5/5,0 sú indikované na oporu metafyzeálnych zlomenín mediálneho plató píšťaly, zlomenín mediálneho plató píšťaly štiepneho typu, mediálnych štiepnych zlomenín so súvisiacimi depresiami a štiepnych alebo depresných zlomenín mediálneho plató píšťaly. Dlahy možno použiť aj na fixáciu proximálnej štvrtiny (laterálnej a mediálnej) píšťaly, ako aj na segmentálnych zlomeninách proximálnej časti píšťaly.</p> <p>LCP dlahy na mediálnu proximálnu píšťalu 4,5/5,0 možno použiť aj na fixáciu nezhojení alebo zlých zhodení mediálnej proximálnej časti píšťaly a diafýzy píšťaly, ako aj otvorených a zatvorených klinových osteotómí píšťaly.</p>	Neexistujú kontraindikácie špecifické pre tieto pomôcky.
<b>Metafyzeálna LCP dlaha na distálnu mediálnu píšťalu</b>	<p>Metafyzeálna LCP dlaha na distálnu mediálnu časť píšťaly je vytvarovaná dlaha, ktorá umožňuje optimálnu liečbu juxtaartikulárnych zlomenín distálnej časti píšťaly rozšírených do oblasti diafýzy. Táto dlaha zohľadňuje tieto vlastnosti distálnej časti píšťaly:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pokrytie tenkým, mäkkým tkanivom</li> <li>- komplexný anatomický tvar kosti</li> </ul>	Neexistujú kontraindikácie špecifické pre tieto pomôcky.
<b>Metafyzeálne LCP dlahy</b>	<p>LCP metafyzeálne dlahy sú indikované na fixovanie extraartikulárnych zlomenín v metafyzeálnej oblasti, ktorá sa môže rozšíriť do oblasti diafýzy. 3,5 mm dlahy sú indikované na fixovanie zlomenín distálnej časti ramennej kosti a distálnej časti ihlice. Dlahy 4,5/5,0 sú indikované na fixovanie zlomenín proximálnej časti ramennej kosti a distálnej časti píšťaly.</p>	Neexistujú kontraindikácie špecifické pre tieto pomôcky.
<b>LCP dlaha na laktový výbežok</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- komplexné extraartikulárne a intraartikulárne zlomeniny laktového výbežku</li> <li>- pseudoartrózy proximálnej časti laktovej kosti</li> <li>- osteotómie</li> <li>- jednoduché zlomeniny laktového výbežku</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- akútne infekcie</li> <li>- deti v rastovej fáze</li> </ul>
<b>Systém pediatrickej LCP dlahy</b>	<p>Systém pediatrických LCP dláh pozostáva z rôznych dláh na rôzne indikácie.</p> <p><b>LCP pediatrická bedrová dlaha 2,7</b> je určená na použitie u dojčiat vo veku do troch rokov v závislosti od telesnej hmotnosti a kvality kosti.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zanedbaná dislokácia bedra v kombinácii s otvorenou redukciou</li> <li>- vývojové coxa valga</li> <li>- závažná dysplázia bedra</li> </ul> <p><b>LCP pediatrická bedrová dlaha pre varázne osteotómie</b> je určená na použitie u pediatrických pacientov až do veku dospeievania a u dospelých pacientov s malou postavou.</p> <p>Konkrétna indikácia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- idiopatické valgónne bedro</li> <li>- idiopatická a získaná subluxácia hlavice stehennej kosti</li> <li>- subluxácia hlavice stehennej kosti pri neuromuskulárnych ochoreniach/ problémoch</li> <li>- vysoká retroverzia a anteverzia v kombinácii s veľkým uhlom CCD</li> </ul> <p><b>LCP pediatrická bedrová dlaha pre valgózne osteotómie</b> je určená na použitie u pediatrických pacientov až do veku dospeievania a u dospelých pacientov s malou postavou.</p> <p>Konkrétna indikácia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vysoko vystupujúci veľký trochanter a nízke skrátenie nohy</li> <li>- Perthesova choroba</li> <li>- vrodená pseudarthroza krčka stehennej kosti</li> <li>- deformita SCFE (sklžnutie hlavice epifyzy stehennej kosti)</li> <li>- PFFD (proximálna femorálna fokálna deficiencia)</li> <li>- idiopatické coxa vara</li> <li>- posttraumatická pseudarthroza krčka stehennej kosti</li> </ul> <p><b>LCP pediatrická bedrová dlaha (3,5 a 5,0) 120° a 130°</b> na liečbu zlomenín a korekciu rotácie je indikovaná pri transtrochanterických zlomeninách s dostatočnou mediálной podporou a pri zlomeninách krčka stehennej kosti typu I až III (pozri klasifikáciu zlomenín AO).</p> <p><b>LCP pediatrická kondylárna dlaha</b> je určená na použitie u pediatrických pacientov až do veku dospeievania a u dospelých pacientov s malou postavou.</p> <p>Konkrétna indikácia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kontraktúra kolena s fixnou flexiou pri neurologických stavoch</li> <li>- korekcia deformity v distálnej časti stehennej kosti</li> <li>- rotačné zlé zarovnanie stehennej kosti (ak sa preferuje distálna korekcia)</li> <li>- suprakondylárne zlomeniny stehennej kosti</li> </ul>	Neexistujú kontraindikácie špecifické pre tieto pomôcky.
<b>Periartikulárna LCP dlaha na proximálnu ramennú kost 3,5</b>	<p>LCP periartikulárna dlaha na proximálnu ramennú kost 3,5 sa používa pri komplexných zlomeninách proximálnej časti ramennej kosti.</p> <p>LCP periartikulárna dlaha na proximálnu ramennú kost veľkosti 3,5 mm je indikovaná pri zlomeninách a zlomeninových dislokáciach (2-, 3- a 4-dielne zlomeniny typu Neer), osteotómiah a nezhojeniach proximálnej časti ramennej kosti, najmä u pacientov trpiacich osteoporózou.</p>	Neexistujú kontraindikácie špecifické pre tieto pomôcky.

Systémy	Indikácie	Kontraindikácie
<b>Posteromediálna LCP dlaha na proximálnu píšťalu 3,5</b>	Posteromediálna LCP dlaha na proximálnu píšťalu 3,5 od spoločnosti Synthes je indikovaná na vnútornú fixáciu posteriomediálnych zlomenín proximálnej časti píšťaly vrátane vytvorenia opory zlomenín proximálnych, distálnych a metafyzeálnych oblastí píšťaly.	Neexistujú kontraindikácie špecifické pre tieto pomôcky.
<b>LCP dlaha s hákom na proximálnu stehennú kost 4,5/5,0</b>	LCP dlaha s hákom na proximálnu stehennú kost 4,5/5,0 je určená na zlomeniny stehennej kosti, medzi ktoré patria: – zlomeniny oblasti trochantera, trochanterické jednoduché, cervikotrochanterické, trochanterodifyzeálne, viacfragmentové pertoTrochanterické, intertrochanterické, reverzné alebo transverzné zlomeniny oblasti trochentera alebo prípady s dodatočnou zlomeninou mediálneho kortextu – zlomeniny proximálneho konca stehennej kosti kombinované s ipsilaterálnymi zlomeninami diafýzy – metastatická zlomenina proximálnej časti stehennej kosti – osteotómie proximálnej časti stehennej kosti – používa sa aj na fixáciu osteopenickej kosti a fixáciu nezhojení alebo zlých zhojení – periprotetické zlomeniny	Neexistujú kontraindikácie špecifické pre tieto pomôcky.
<b>LCP dlaha na proximálnu stehennú kost 4,5/5,0</b>	LCP dlaha na proximálnu stehennú kost 4,5/5,0 je určená na zlomeniny stehennej kosti, medzi ktoré patria: – zlomeniny oblasti trochantera, trochanterické jednoduché, cervikotrochanterické, trochanterodifyzeálne, viacfragmentové pertoTrochanterické, intertrochanterické, reverzné alebo transverzné zlomeniny oblasti trochentera alebo prípady s dodatočnou zlomeninou mediálneho kortextu – zlomeniny proximálneho konca stehennej kosti kombinované s ipsilaterálnymi zlomeninami diafýzy – metastatická zlomenina proximálnej časti stehennej kosti – osteotómie proximálnej časti stehennej kosti – používa sa aj na fixáciu osteopenickej kosti a fixáciu nezhojení alebo zlých zhojení – periprotetické zlomeniny	Neexistujú kontraindikácie špecifické pre tieto pomôcky.
<b>LCP dlahy na proximálnu vretennú kost 2,4</b>	Extraartikulárne a intraartikulárne zlomeniny proximálnej časti vretennej kosti a viacfragmentové zlomeniny krčka vretennej kosti.	Neexistujú kontraindikácie špecifické pre tieto pomôcky.
<b>LCP dlaha na proximálnu píšťalu 3,5</b>	– zlomeniny mediálneho platô píšťaly štiepneho typu – laterálne štiepne zlomeniny spojené s depresiami – zlomeniny s čisto centrálnou depresiou – štiepne alebo depresné zlomeniny mediálneho platô	Izolované zlomeniny diafýzy.
<b>LCP dlaha na proximálnu píšťalu 4,5/5,0 s nástrojmi periartikuárneho zameriavacieho ramena</b>	LCP dlaha na proximálnu píšťalu 4,5/5,0 od spoločnosti Synthes sú indikované na liečbu nezhojení, zlých zhojení a zlomenín proximálnej časti píšťaly, ako sú: – jednoduché zlomeniny – trieštive zlomeniny – laterálne klinové zlomeniny – depresné zlomeniny – mediálne klinové zlomeniny – bikondylárne zlomeniny, kombinácia laterálnej klinovej a depresnej zlomeniny – zlomeniny spojené so zlomeninami diafýzy	Neexistujú kontraindikácie špecifické pre tieto pomôcky.
<b>Superoanteriorná LCP dlaha na klúčnu kost</b>	– zlomeniny diafýzy klúčnej kosti – zlomeniny laterálnej časti klúčnej kosti – nezhojenia klúčnej kosti – zlé zhojenia klúčnej kosti	Neexistujú kontraindikácie špecifické pre tieto pomôcky.
<b>Superiórna LCP na klúčnu kost</b>	– zlomeniny diafýzy klúčnej kosti – zlomeniny laterálnej časti klúčnej kosti – nezhojenia klúčnej kosti – zlé zhojenia klúčnej kosti	Neexistujú kontraindikácie špecifické pre tieto pomôcky.
<b>Systém LCP na osteotómiu laktovéj oblasti 2,7</b>	<p><b>Syndróm primárnej impakcie laktovéj kosti</b></p> – degeneratívne roztrhnutia trojuholníkového komplexu väzivovej chrupky (TFCC) – lunotrikvetrálné roztrhnutia <p><b>Syndróm sekundárnej impakcie laktovéj kosti</b></p> – nekongruencia (nesúlad dĺžky) distálneho rádioulárneho kĺbu po zlomenine distálnej časti vretennej kosti – traumatické roztrhnutia trojuholníkového komplexu väzivovej chrupky (TFCC)	Neexistujú kontraindikácie špecifické pre tieto pomôcky.
<b>Jednostípcové volárne LCP dlaha na distálnu vretennú kost 2,4 mm</b>	Jednostípcové volárne LCP dlaha na distálnu vretennú kost 2,4 mm sú indikované na fixáciu komplexných intraartikulárnych a extraartikulárnych zlomenín a osteotómií distálnej časti vretennej kosti.	Neexistujú kontraindikácie špecifické pre tieto pomôcky.
<b>Súprava LCP na fúzii zápästia</b>	LCP systém na fúzii zápästia je indikovaný na artrodézu zápästia a zlomeniny iných malých kostí zápästia. Konkrétné indikácie: – posttraumatická artróza kĺbov zápästia – reumatoidné deformity zápästia vyžadujúce obnovu – komplexná karpálna nestabilita – postseptická artritída zápästia – závažná neustupujúca bolesť zápästia súvisiaca s pohybom – nervová paralýza ramenného pletenca – resekcia tumoru – spastické deformity	Neexistujú kontraindikácie špecifické pre tieto pomôcky.

Systémy	Indikácie	Kontraindikácie
<b>LISS a LCP DF</b>	Systém LCP DF je indikovaný na stabilizáciu zlomenín distálnej časti stehennej kosti. Patria medzi ne: – zlomeniny distálnej časti diafízy – suprakondylárne zlomeniny – intraartikulárne zlomeniny – periprotetické zlomeniny	Neexistujú kontraindikácie špecifické pre tieto pomôcky.
<b>LISS a LCP PLT</b>	Systémy LCP PLT a LISS PLT sú indikované na stabilizáciu zlomenín proximálnej časti pištaly. Patria medzi ne: – zlomeniny proximálnej časti diafízy – metafyzeálne zlomeniny – intraartikulárne zlomeniny – periprotetické zlomeniny	Neexistujú kontraindikácie špecifické pre tieto pomôcky.
<b>Zaisťovacia upevňovacia dlaha</b>	– periprotetické zlomeniny diafízy stehennej kosti: – Vancouver B – Vancouver C – zlomeniny okolo intramedulárnych implantátov	Neexistujú kontraindikácie špecifické pre tieto pomôcky.
<b>Skrutka s maticou na fúzii strednej časti chodidla s Ø 6,5 mm</b>	Liečba veľkého kolapsu strednej/zadnej časti chodidla spojeného s týmito stavmi: – Charcotova noha – neuropatické ochorenie	– periferne cievne ochorenie – závažné a život ohrozujúce komorbidity
	Charcotova noha sa môže rozvinúť vo viacerých oblastiach chodidla. Najčastejšie je to Lisfrankova oblasť, za druhé Chopartova oblasť, za tretie oblasť členka a za štvrté kalkaneálno-subtalárnú oblasť. Často sa tvorí v prednej časti chodidla. Účelom skrutky s maticou na fúzii strednej časti chodidla je liečba Lisfrankovej a Chopartovej oblasti.	
<b>Implantáty a nástroje pre panvu</b>	<p><b>Zlomeniny symfízy:</b> – dlahy na lonovú sponu</p> <p><b>Zlomeniny roviny panvového vchodu:</b>  <b>– rekonštrukčné dlahy</b>            – rovné dlahy            – klenuté dlahy (polomer 88 mm, polomer 108 mm)            – dlahy v tvaru J  <b>– zaisťovacie rekonštrukčné dlahy 3,5</b>            – rovné dlahy            – dlahy v tvaru J  <b>– rekonštrukčné dlahy 3,5 so širokým uhlom</b>            – rovné dlahy</p> <p><b>Zlomeniny bedrovej kosti/krídla bedrovej kosti:</b>  <b>– rekonštrukčné dlahy</b>            – rovné dlahy            – klenuté dlahy (polomer 88 mm, polomer 108 mm)  <b>– zaisťovacie rekonštrukčné dlahy 3,5</b>            – rovné dlahy  <b>– nízkoprofilové rekonštrukčné dlahy 3,5 so širokým uhlom</b>            – rovné dlahy</p> <p><b>Zlomeniny acetabula:</b>  <b>– rekonštrukčné dlahy</b>            – rovné dlahy            – klenuté dlahy (polomer 88 mm, polomer 108 mm)  <b>– rekonštrukčné dlahy 3,5 so širokým uhlom</b>            – rovné dlahy</p>	Nástroje na kontúrovanie dlahy in situ sú kontraindikované u: dlah so zaisťovacími a koaxiálnymi kombinovanými otvormi. Konkrétnie: – zaisťovacie rekonštrukčné dlahy 3,5 – dlahy na lonovú sponu 3,5 – dlahy s pružinami 3,5 – rekonštrukčné dlahy 3,5 s koaxiálnymi kombinovanými otvormi – veľkosťi dlahy iné ako 3,5 mm

Systémy	Indikácie	Kontraindikácie
<b>PHILOS a PHILOS Long</b>	<b>Indikácie systému PHILOS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– dislokované dvoj-, troj- a štvorfragmentové zlomeniny proximálnej časti ramennej kosti vrátane zlomenín zahrňajúcich osteopenickú košť</li> <li>– pseudartrózy proximálnej časti ramennej kosti</li> <li>– osteotómie proximálnej časti ramennej kosti</li> </ul> <b>Indikácie systému PHILOS long</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– ako pre systém PHILOS, ale pre zlomeniny rozšírené do diafýzy alebo bez mediálnej podpory</li> </ul>	Neexistujú kontraindikácie špecifické pre tieto pomôcky.
	<b>Indikácie systému PHILOS s možnosťou zväčšenia</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– dislokované dvoj-, troj- a štvorfragmentové zlomeniny proximálnej časti ramennej kosti vrátane zlomenín zahrňajúcich osteopenickú košť</li> <li>– pseudartrózy proximálnej časti ramennej kosti</li> <li>– osteotómie proximálnej časti ramennej kosti</li> </ul> <b>Indikácie systému PHILOS long</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– ako pre systém PHILOS, ale pre zlomeniny rozšírené do diafýzy alebo bez mediálnej podpory</li> </ul> <b>Indikácie systému PHILOS s možnosťou zväčšenia</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– ako pre systémy PHILOS a PHILOS long, ale výlučne v spojení s osteoporózou kostou</li> <li>– perforované skrutky možno použiť aj bez cementového zväčšenia</li> </ul>	<b>Kontraindikácie systému PHILOS s možnosťou zväčšenia</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– prípady, keď hrozí riziko úniku cementu do medzery zlomeniny, kľových alebo cievnych štruktúr (napr. cez zlomeniny, ktoré sa otvárajú do kĺbu)</li> </ul>
<b>Dlahy na kvadrilaterálne povrhy 3,5</b>	Dlahy na kvadrilaterálne povrhy 3,5 od spoločnosti Synthes sú indikované pri roztriedení kvadrilaterálneho povrchu v spojení so zlomeninami acetabula, keď sa používajú v spojení s rekonštrukčnými dlhami na panvu od spoločnosti Synthes.	Neexistujú kontraindikácie špecifické pre tieto pomôcky.
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Všetky zlomeniny článkov prstov a metakarpálnych kostí, kde je presné reponovanie náročné alebo keď môže ľahko dôjsť k chybe pri rotácii. <ul style="list-style-type: none"> <li>– subkapitálne zlomeniny metakarpálnych kostí (najmä impakčné kompresné zlomeniny),</li> <li>– transverzné zlomeniny,</li> <li>– krátke šikmé zlomeniny,</li> <li>– triestivé zlomeniny,</li> <li>– defekčné zlomeniny (poranenia cirkulárkom),</li> <li>– amputačné poranenia prstov (s primárnym skrátením),</li> <li>– Wintersteinova zlomenina, Rolandova zlomenina.</li> </ul> </li>   <li>2. Korekčné osteotómie pri zlomeninách článkov prstov alebo metakarpálnych kostí, ktoré sa zahojili s axiálnymi a/alebo rotačnými chybami. V prípade metafyzeálnych zlomenín, triestivých zlomenín a osteoporóznej kosti možno klinické výsledky zlepšiť pripojením uholovo stabilnej skrutky/dlahy.</li> </ol>	Neexistujú kontraindikácie špecifické pre tieto pomôcky.
<b>Sakrálné tyče</b>	Sakrálné tyče od spoločnosti Synthes sú indikované na fixáciu posteriórnej časti panvy, v oblastiach posterosuperiórnej bedrovej chrabticie, posteroinferiórnej bedrovej chrabticie, pri sakrálnych zlomeninách a zlomeninových dislokáciách sakroiliakálneho kĺbu.	Neexistujú kontraindikácie špecifické pre tieto pomôcky.
<b>Systém skrutiek pri skĺznutí hlavice epifízy stehennej kosti (SCFE)</b>	Skrutky na skĺznutie hlavice epifízy stehennej kosti (SCFE) sú indikované v týchto prípadoch: <ul style="list-style-type: none"> <li>– zlomeniny krčka stehennej kosti u detí, dospievajúcich a dospelých</li> <li>– skĺznutie hlavice epifízy stehennej kosti</li> <li>– zlomeniny plató pŕšťaly</li> <li>– artrodéza členka</li> <li>– interkondylárne zlomeniny</li> <li>– narušenia sakroiliakálneho kĺbu</li> <li>– subtalárna artrodéza</li> </ul> <p>Táto pomôcka nie je schválená na pripojenie alebo fixáciu skrutiek k posteriorným prvkom (výbežkom) cervikálnej, torakálnej alebo lumbárnej chrabticie.</p>	Neexistujú kontraindikácie špecifické pre tieto pomôcky.
<b>Dlahy s pružinami 3,5</b>	Dlahy s pružinou 3,5 od spoločnosti Synthes je určená na rekonštrukčnú chirurgiu panvy a acetabula	Neexistujú kontraindikácie špecifické pre tieto pomôcky.
<b>Štandardná vrtná skrutka DHS s bočnou LCP DHHS dlahou</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– pertrochanterické zlomeniny typu 31-A1 a 31-A2</li> <li>– intertrochanterické zlomeniny typu 31-A3</li> <li>– bazilárne zlomeniny krčka 31-B (skrutka DHS v spojení s antirotačnou skrutkou)</li> <li>– subtrochanterické zlomeniny</li> </ul>	DHS sa nemá používať v prípadoch veľkého výskytu týchto stavov: <ul style="list-style-type: none"> <li>– sepsa</li> <li>– maligne primárne alebo metastatické tumory</li> <li>– citlivosť na materiál</li> <li>– narušené cievne zásobenie</li> </ul>

Systémy	Indikácie	Kontraindikácie
<b>Päťová dlaha</b>	Päťové dlahy sa používajú pri zlomeninách päty. Päťová dlaha je indikovaná pri zlomeninách a osteotómiah päty, okrem iného aj pri extraartikulárnych a intraartikulárnych zlomeninách, zlomeninách s depresiou kĺbu a zlomeninách jazykového typu.	Neexistujú kontraindikácie špecifické pre tieto pomôcky.
<b>Zaistovacia päťová dlaha</b>	Zaistovacie päťové dlahy sa používajú pri komplexných zlomeninách päty. Zaistovacia päťová dlaha je indikovaná pri zlomeninách a osteotómiah päty, okrem iného aj pri extraartikulárnych a intraartikulárnych zlomeninách, zlomeninách s depresiou kĺbu, zlomeninách jazykového typu a závažných triestivých zlomeninách.	Neexistujú kontraindikácie špecifické pre tieto pomôcky.
<b>TomoFix</b>	<p><b>Dlaha TomoFix na mediálnu vysokú píšťalu a mediálnu vysokú píšťalu u osôb s malou postavou:</b> Otvorená klinová a zatvorená klinová osteotómia mediálnej proximálnej časti píšťaly na liečbu týchto stavov:            - jednokompartimentová mediálna alebo laterálna gonartróza so zlým zarovnaním proximálnej časti píšťaly            - idiopatická alebo posttraumatická varózna alebo valgózna deformita proximálnej časti píšťaly</p> <p><b>Dlaha TomoFix na laterálnu vysokú píšťalu:</b> Otvorená klinová a zatvorená klinová osteotómia laterálnej proximálnej časti píšťaly na liečbu týchto stavov:            - jednokompartimentová mediálna alebo laterálna gonartróza so zlým zarovnaním proximálnej časti píšťaly            - idiopatická alebo posttraumatická varózna alebo valgózna deformita proximálnej časti píšťaly</p> <p><b>Dlaha TomoFix na laterálnu distálnu stehennú kost:</b> Otvorená klinová a zatvorená klinová osteotómia laterálnej distálnej časti stehennej kosti na liečbu týchto stavov:            - jednokompartimentálna mediálna alebo laterálna gonartróza so zlým zarovnaním distálnej časti stehennej kosti            - idiopatická alebo posttraumatická valgózna deformita distálnej časti stehennej kosti</p>	Zápalová artritída
<b>TomoFix na mediálnu distálnu stehennú kost (MDF)</b>	Zatvorené klinové osteotómie mediálnodistálnej časti stehennej kosti na liečbu týchto stavov: - jednokompartimentová laterálna gonartróza so zlým valgóznym zarovnaním distálnej časti stehennej kosti - idiopatická alebo posttraumatická valgózna deformita distálnej časti stehennej kosti - doplnková fixácia pri komplexných zlomeninách distálnej časti stehennej kosti	Zápalová artritída
<b>Dlaha TomoFix na mediálnu vysokú píšťalu (MHT)</b>	Otvorené klinové a zatvorené klinové osteotómie mediálnej proximálnej časti píšťaly na liečbu týchto stavov: - jednokompartimentová mediálna alebo laterálna gonartróza so zlým zarovnaním proximálnej časti píšťaly - idiopatická alebo posttraumatická varózna alebo valgózna deformita proximálnej časti píšťaly	Zápalová artritída
<b>VA-LCP systém na traumu členka 2,7/3,5</b>	<p><b>VA-LCP mediálna dlaha na distálnu píšťalu 2,7/3,5</b> Indikovaná pri komplexných intraartikulárnych a extraartikulárnych zlomeninách distálnej časti píšťaly.</p> <p><b>VA-LCP anteromediálna dlaha na distálnu píšťalu 2,7/3,5</b> Indikovaná pri komplexných intraartikulárnych a extraartikulárnych zlomeninách distálnej časti píšťaly.</p> <p><b>VA-LCP anteroposteriórna dlaha na distálnu píšťalu 2,7/3,5</b> Indikovaná pri komplexných intraartikulárnych a extraartikulárnych zlomeninách distálnej časti píšťaly.</p> <p><b>VA-LCP laterálna dlaha na distálnu ihlicu 2,7</b> Indikovaná pri zlomeninách a nezhojeniach metafyzeálnej a diafyzeálnej oblasti distálnej časti ihlice, najmä v osteopenickej kosti.</p> <p><b>VA-LCP posteriolaterálne dlahy v tvare L a T 2,7</b> Indikované na oporu častočných artikulárnych zlomenín a kostných fragmentov distálnej časti píšťaly.</p>	Neexistujú kontraindikácie špecifické pre tieto pomôcky.

Systémy	Indikácie	Kontraindikácie
<b>VA-LCP anteriórna dlahy na klúčnu kost</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- zlomeniny diafízy klúčnej kosti</li> <li>- zlomeniny laterálnej časti klúčnej kosti</li> <li>- nezhojenia klúčnej kosti</li> <li>- zlé zhojenia klúčnej kosti</li> </ul>	Neexistujú kontraindikácie špecifické pre tieto pomôcky.
<b>VA-LCP kondylárna dlahy 4,5/5,0</b>	VA-LCP systém kondylárnej dlahy 4,5/5,0 od spoločnosti Synthes je indikovaný na oporu viacfragmentových zlomenín distálnej časti stehennej kosti vrátane: suprakondylárnych, intraartikulárnych a extraartikulárnych kondylárnych zlomenín, periprotetických zlomenín, zlomenín v normálnej alebo osteopenickej kosti, nezhojení a zlých zhojení.	Neexistujú kontraindikácie špecifické pre tieto pomôcky.
<b>VA-LCP distálne dlahy na ramennú kost 2,7/3,5</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- intraartikulárne zlomeniny distálnej časti ramennej kosti</li> <li>- suprakondylárne zlomeniny distálnej časti ramennej kosti</li> <li>- nezhojenia distálnej časti ramennej kosti</li> <li>- osteotómie distálnej časti ramennej kosti (napr. následkom zlých zhojení, deformít)</li> </ul>	Neexistujú kontraindikácie špecifické pre tieto pomôcky.
<b>VA LCP fúzne dlahy pre mediálny stípec 3,5</b>	VA LCP fúzne dlahy pre mediálny stípec 3,5 od spoločnosti DePuy Synthes sú indikované pri deformitách, závažnej artrite a artróze mediálneho stípca pozostávajúceho z prej metatarzálej kosti, stredovej klinovitej kosti, člnkovitej kosti a talusu.	Neexistujú kontraindikácie špecifické pre tieto pomôcky.
<b>VA-LCP dlahy na laktový výbežok 2,7/3,5</b>	<p><b>VA-LCP dlahy na proximálny laktový výbežok</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zlomeniny proximálneho laktového výbežku</li> <li>- osteotómie laktového výbežku na liečbu zlomeniny distálnej časti ramennej kosti</li> </ul> <p><b>VA-LCP dlahy na laktový výbežok</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- intraartikulárne zlomeniny laktového výbežku vrátane zlomenín rozšírených do zobáčikovej jamy</li> <li>- nezhojenia laktového výbežku</li> <li>- osteotómie laktového výbežku (napr. následkom zlých zhojení, deformít)</li> </ul> <p><b>VA-LCP dlahy na proximálnu laktovú kost, extraartikulárna</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- extraartikulárne zlomeniny proximálnej časti laktovej kosti</li> <li>- nezhojenia proximálnej časti laktovej kosti</li> <li>- osteotómie proximálnej časti laktovej kosti (napr. následkom zlých zhojení, deformít)</li> </ul>	Neexistujú kontraindikácie špecifické pre tieto pomôcky.
<b>VA-LCP dlahy na proximálnu pišťalu 3,5</b>	Zlomeniny proximálnej časti pišťaly u dospelých a dospevajúcich s uzavretými rastovými platničkami, medzi ktoré patria: <ul style="list-style-type: none"> <li>- proximálne triestievé, depresné a triestivo-depresné zlomeniny</li> <li>- bikondylárne alebo čisto metafyzeálne zlomeniny</li> <li>- súvisiace metafyzeálne alebo súvisiace diafyzeálne zlomeniny</li> <li>- periprotetické zlomeniny</li> </ul>	Neexistujú kontraindikácie špecifické pre tieto pomôcky.
<b>VA zaistovacie päťové dlahy 2,7</b>	<p><b>VA zaistovacia päťová dlahy 2,7</b></p> <p>Zaistovacie päťové dlahy s variabilným uhlom 2,7 od spoločnosti Synthes sú indikované pri intra- a extraartikulárnych zlomeninách päty, ako aj pri deformitách a nezhojeniach.</p> <p><b>Zaistovacia anterolaterálna päťová dlahy 2,7 s variabilným uhlom</b></p> <p>Zaistovacie anterolaterálne päťové dlahy s variabilným uhlom 2,7 v kombinovanom použití so samostatnými skrutkami od spoločnosti Synthes sú indikované pri intra- a extraartikulárnych zlomeninách päty, ako aj pri deformitách a nezhojeniach.</p>	Neexistujú kontraindikácie špecifické pre tieto pomôcky.
<b>VA zaistovací interkarpálny fúzny systém</b>	Sú indikované na fúzii malých kostí ruky vrátane: hákovej, guľovitej, polmesiačkovej a trojhrannej kosti, na revízu neúspešných čiastočných fúzií zápästia a na použitie u pacientov tripiacich bolestou a/alebo stratou funkcie z týchto dôvodov: <ul style="list-style-type: none"> <li>- osteoartritída</li> <li>- reumatoïdná artritída</li> <li>- posttraumatická alebo degeneratívna artritída zápästia</li> <li>- karpálna nestabilita</li> </ul>	Neexistujú kontraindikácie špecifické pre tieto pomôcky.
<b>Fúzne dlahy LCP na 1. metatarzofalangeálny kĺb s variabilným uhlom 2,4/2,7</b>	Fúzna dlahy na 1. metatarzofalangeálny kĺb systému LCP na prednú/strednú časť chodidla s variabilným uhlom 2,4/2,7 je indikovaná pri deformáciach prvého metatarzofalangeálneho (MTP) kĺbu (hallux rigidus) a zlomeninách, nezhojeniach a replantáciach prej metatarzálej kosti, najmä v osteopenickej kosti.	Neexistujú kontraindikácie špecifické pre tieto pomôcky.
<b>Dorzálna LCP dlahy na distálnu vretennú kost s variabilným uhlom 2,4</b>	Dorzálna LCP dlahy na distálnu vretennú kost s variabilným uhlom 2,4 mm sú indikované pri týchto stavoch: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dorzálné posunuté zlomeniny</li> <li>- extraartikulárne a intraartikulárne zlomeniny s metafyzeálnym defektom</li> <li>- otvorená rekonštrukcia kĺbu</li> <li>- kombinácia zlomenín distálnej časti vretennej kosti a karpálnych a metakarpálnych kostí</li> <li>- korekčné osteotómie po zlom zhojení distálnej časti vretennej kosti</li> </ul>	Neexistujú kontraindikácie špecifické pre tieto pomôcky.
<b>Systém LCP na prednú/strednú časť chodidla s variabilným uhlom 2,4/2,7</b>	Rovné fúzne dlahy, fúzne dlahy v tvare T, fúzne dlahy v tvare L, štvorlístkové fúzne dlahy a dlahy v tvare X systému LCP na prednú/strednú časť chodidla s variabilným uhlom 2,4/2,7 sú indikované pri zlomeninách, deformáciach, revíziach a replantáciach kostí (napr. tarzálnych, metatarzálnych kostí a článkov prstov) a kostných fragmentov, najmä v osteopenickej kosti.	Neexistujú kontraindikácie špecifické pre tieto pomôcky.

Systémy	Indikácie	Kontraindikácie
<b>Dlahy s mriežkou LCP s variabilným uhlom 2,4/2,7</b>	Dlahy s mriežkou, ktorá je súčasťou systému LCP na prednú/strednú časť chodidla s variabilným uhlom 2,4/2,7, je indikovaná pri zlomeninách, deformáciách, závažnej osteoartritíde, nezhojeniach a zlých zhojeniach prednej a strednej časti chodidla, najmä v osteopenickej kosti.	Neexistujú kontraindikácie špecifické pre tieto pomôcky.
<b>Dlahy LCP na otvorené klinové zlomeniny s variabilným uhlom 2,4/2,7</b>	Otvorená klinová dlahy systému LCP na prednú/strednú časť chodidla s variabilným uhlom 2,4/2,7 je indikovaná pri deformáciách (napr. hallux valgus), nezhojeniach a replantáciach prvej metatarzálovej kosti, najmä v osteopenickej kosti.	Neexistujú kontraindikácie špecifické pre tieto pomôcky.
<b>Tarzálne LCP dlahy s variabilným uhlom 2,4/2,7</b>	Zaisťovacie tarzálne dlahy VA od spoločnosti Synthes sú určené na fixáciu zlomenín, osteotómie, nezhojení, replantáciu a fúzíu kockovitých a člnkovitých kostí, najmä v osteopenickej kosti.	Neexistujú kontraindikácie špecifické pre tieto pomôcky.
<b>Tarzometatarzárne fúzne LCP dlahy s variabilným uhlom 2,4/2,7</b>	Fúzne dlahy na 1. tarzometatarzálny klb systému LCP na prednú/strednú časť chodidla s variabilným uhlom 2,4/2,7 sú indikované pri deformáciách prvého tarzometatarzálovo (TMT) klbu (hallux valgus) a zlomeninách, nezhojeniach a replantáciach prvej metatarzálovej kosti, najmä v osteopenickej kosti.  Fúzna dlahy na tarzometatarzálny klb systému LCP na prednú/strednú časť chodidla s variabilným uhlom 2,4/2,7 je indikovaná pri deformáciách druhého a tretieho tarzometatarzálovo (TMT) klbu a zlomeninách, deformáciách, nezhojeniach a replantáciach druhej a tretej metatarzálovej kosti, najmä v osteopenickej kosti.	Neexistujú kontraindikácie špecifické pre tieto pomôcky.
<b>Dvojstípcová volárna LCP dlahy na distálnu vretennú kost 2,4 s variabilným uhlom / Sterilná súprava na distálnu vretennú kost</b>	Dvojstípcové volárne LCP dlahy na distálnu vretennú kost 2,4 s variabilným uhlom sú indikované na fixáciu intraartikulárnych a extraartikulárnych zlomenín a osteotómie distálnej časti vretennej kosti.	Neexistujú kontraindikácie špecifické pre tieto pomôcky.
<b>Dvojstípcová volárna LCP dlahy na distálnu vretennú kost 2,4/2,7 mm s variabilným uhlom, extra dlhá</b>	VA LCP dvojstípcová volárna dlahy na distálnu vretennú kost 2,4/2,7 mm, extra dlhá od spoločnosti DePuy Synthes je určená na intra- a extraartikulárne zlomeniny, osteotómie, nezhojenia a zlé zhojenia distálnej časti vretennej kosti s rozšírením do diafízy vretennej kosti alebo bez neho.	Neexistujú kontraindikácie špecifické pre tieto pomôcky.
<b>Volárna LCP dlahy na leme na distálnu vretennú kost s variabilným uhlom 2,4</b>	Volárna LCP dlahy na leme na distálnu vretennú kost s variabilným uhlom 2,4 mm je indikovaná na fixáciu komplexných intraartikulárnych a extraartikulárnych zlomenín distálnej časti vretennej kosti.	Neexistujú kontraindikácie špecifické pre tieto pomôcky.
<b>Zaistovací systém pre ruku s variabilným uhlom</b>	Zaistovací systém pre ruku s variabilným uhlom je indikovaný na liečbu zlomenín, deformít a degeneratívnych ochorení ruky.	Neexistujú kontraindikácie špecifické pre tieto pomôcky.

CE  
0123



Synthes GmbH  
Eimattstrasse 3  
4436 Oberdorf  
Switzerland  
Tel: +41 61 965 61 11  
Fax: +41 61 965 66 00  
www.deploysynthes.com